

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդիարկետ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/39 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Ակնաբուժական գործիքների ստերի լիզիացիացիոն պայմաններին համատեղելի ավտոկլավ	MELAG	Vacuclave 305	MELAG Medizintechnik GmbH & Co	Ակնաբուժական գործիքների ստերիլիզացիացիոն պայմաններին համատեղելի ավտոկլավ Սենսորային Էկրան 4.3 դյույմ Աշխատանքի համար նախատեսված ջրի տարողունակությունը 5 լիտր Կասետաների տարողունակությունը 1 մեծ կամ 2 փոքր կասետաներ Մեծ կասետաի չափսը (բարձրությունxլայ նությունxխորրորություն) 5 x 17.3 x 28.7 սմ Փոքր կասետաի չափսը (բար ձրությունxլայնությունxխորրորություն) 2 x 17.3 x 28.7 սմ Աշխատանքի համար գործիքների տարողունակությունը 2 կգ

գործիքներ / 0,45 կգ տեքստիլ
 Ստերիլիզացման կամերայի քանակը
 1 հատ Ստերիլիզացիոն կամերայի
 չափսեր (բարձրությունxլայնությունx
 խորություն) 8 x 20,3 x 31 սմ
 Տեխնիկական սպասարկման
 ինտերվալը 4000 ցիկլ կամ 2 տարի
 Սարքի չափսերը (բարձրությունxլայ
 նությունxխորություն) 30 x 30 x 59
 սմ Ստերիլիզացիոն ցիկլի
 արխիվացումը Բառ կոդ կարդալու
 հնարավորություն, USB, LAN
 Էլեկտրամատակարարում՝ 200 -
 230 Վ / 50 - 60 Հերց Հոսանքի ծախս
 2100 վտ Ստերիլիզացիոն ռեժիմներ՝
 համընդհանուր(B դասի
 ստերիլիզացիա)՝ 134° C, բուն
 ստերիլիզացիա՝ 3,5 րոպե,
 ընդհանուր ցիկլ կախված
 բեռնվածությունից 9-14 րոպե,
 ժամանակով վերահսկվող չորացում
 8 րոպե արագ(S դասի
 ստերիլիզացիա)՝ 134° C, բուն
 ստերիլիզացիա՝ 3,5 րոպե,
 ընդհանուր ցիկլ կախված
 բեռնվածությունից 6,5 - 10 րոպե,
 ժամանակով վերահսկվող չորացում
 5 րոպե մեղմ (B դասի
 ստերիլիզացիա)՝ 134° C, բուն

					ստերիլիզացիա՝ 20,5 րոպե, ընդհանուր ցիկլ կախված բեռնվածությունից 26 - 32 րոպե, ժամանակով վերահսկվող չորացում 20 րոպե պրիոն (B դասի ստերիլիզացիա)՝ 134° C, բուն ստերիլիզացիա՝ 20,5 րոպե, ընդհանուր ցիկլ կախված բեռնվածությունից 26 - 32 րոպե ժամանակով վերահսկվող չորացում 8 րոպե Որակի հավաստագրեր ISO13485, EU Declaration of Conformity Մատակարարման պայմաններ 1 տարի երաշխիքային սպասարկում: Սարքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Медмаркет в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БРЧ-БЦДЦПЗР-25/39 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					