

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդմարկետ ՍՊԸ-ն ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ակնաբուժական վիրաբուժական մանրադիտակ Ակնաբուժական ֆ ակոեմոլսիֆիկացի ոն համակարգ Վիրահատական սեղան երկուսը մեկում օպտիկական բիոմետր և տոպոգրաֆ	Topcon Healthcare NIDEK UFSK Huvitz	OMS-800 CV-9000R 500XLE HBM-1	Topcon Healthcare NIDEK CO.,LTD UFSK Huvitz	Ակնաբուժական վիրահատական միավոր կազմված՝ Ակնաբուժական վիրաբուժական մանրադիտակից, Ակնաբուժական ֆակոեմոլսիֆիկացիոն համակարգից, Վիրահատական սեղանից, երկուսը մեկում օպտիկական բիոմետր և տոպոգրաֆից Ակնաբուժական վիրաբուժական մանրադիտակի տեսակը Գալիլեյան տիպի Ակնաբուժական վիրաբուժական մանրադիտակի օպտիկայի տեսակը ապոքրոմատիկ, հակաբծային ծածկույթով Ակնաբուժական

					վիրաբուժական մանրադիտակի ավտոմատացված զույմ 1:5 Ակնաբուժական վիրաբուժական մանրադիտակի խոշորացման ֆակտորների անհրաժեշտ տիրույթ 0.336-1.68 Ակնաբուժական վիրաբուժական մանրադիտակի ֆոկուսավորման տիրույթ 60մմ Ակնաբուժական վիրաբուժական մանրադիտակի Բինոկուլյար տուբուսի թեքման անհրաժեշտ տիրույթ 45 - 90 աստիճան Ակնաբուժական վիրաբուժական մանրադիտակի Օկուլյարներ 12,5x Ակնաբուժական վիրաբուժական մանրադիտակի Տեսադաշտի խոշորացումներ 4.2/5/6/7/8/9/10/11/13/15/17/19/21 Ակնաբուժական վիրաբուժական մանրադիտակի Տեսադաշտի խոշորացումներ փոփոխության տեսակը Էլեկտրական, շարունակական Ակնաբուժական վիրաբուժական մանրադիտակի Լուսավորման համակարգ կոաքսիալ, կարմիր ռեֆլեքսի լուսավորում, ամբողջ դաշտի լուսավորում՝ կարգավորվող Ակնաբուժական վիրաբուժական
--	--	--	--	--	---

					մանրադիտակի Լուսավորման տեսակը Օպտիկամանրաթելային, բացառելով օպտիկական գլխի տաքացումը և հավելյալ լուսավորման անհրաժեշտությունը Ակնաբուժական վիրաբուժական մանրադիտակի Օպտիկամանրաթելային լարի երկարություն 1000 մմ Ակնաբուժական վիրաբուժական մանրադիտակի Ինտեգրված լուսավորման բաժանիչ Փոփոխական սպեկտրային հարաբերակցությանը; Սպեկտրային հարաբերակցությունը 80%/20%, 50%/50% Ակնաբուժական վիրաբուժական մանրադիտակի Ներկառուցված ֆիլտրեր դեղին, FAG ֆիլտրի հնարավորություն Ակնաբուժական վիրաբուժական մանրադիտակի ասիստենտի միկրոսկոպ երեք անկախ խոշորացմամբ Ակնաբուժական վիրաբուժական մանրադիտակի ասիստենտի միկրոսկոպի դիտման անկյուն 6 աստիճան Ակնաբուժական վիրաբուժական մանրադիտակի լուսավորման փոխանցման տեսակ
--	--	--	--	--	---

					օպտիկամանրաթելային Ակնաբուժական վիրաբուժական մանրադիտակի գլխիկի ավտոմատացված կարգավորում x-y առանցքներով Ակնաբուժական վիրաբուժական մանրադիտակի Լուսավորման օպտիկական համակարգ Եռակի լուսավորման համակարգ Ակնաբուժական վիրաբուժական մանրադիտակի Լուսավորման անկյուն $\pm 2^{\circ}+4^{\circ}$ լույսի ինտենսիվության աստիճան 03, $+2^{\circ}+4^{\circ}$ լույսի ինտենսիվության աստիճան 03, $\pm 2^{\circ}$ լույսի ինտենսիվության աստիճան 05 Ակնաբուժական վիրաբուժական մանրադիտակի X-Y զուգավորում 50մմ x 50 մմ Ակնաբուժական վիրաբուժական մանրադիտակի Դիստալ թևի երկարություն 375 մմ Ակնաբուժական վիրաբուժական մանրադիտակի Դիստալ թևի պտտման անկյուն 300° Ակնաբուժական վիրաբուժական մանրադիտակի Պրոքսիմալ թևի երկարություն 990 մմ Ակնաբուժական վիրաբուժական մանրադիտակի Պրոքսիմալ թևի պտտման անկյուն 300°
--	--	--	--	--	---

					Ակնաբուժական վիրաբուժական մանրադիտակի Պրոքսիմալ թևի վերտիկալ շարժ 600 մմ Ակնաբուժական վիրաբուժական մանրադիտակի Արգելակների տեսակը Էլեկտրոմագնիսական Ակնաբուժական Ֆակոէմուլսիֆիկացիոն համակարգի Լեռկարուզված ստվառ ՍՍԳԲ-ԷԱԶԱ 12F-25/26 ինչ պերիստալիտիկ Ակնաբուժական
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ООО Медмаркет в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 004F4-ЕАԶԱ 12F-25/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					Ֆակոէմուլսիֆիկացիոն համակարգի Ասպիրացիայի ճնշման տեխնիկական հատկությունները կարգավորման դիապազոն 0-650մմ
Номер лота			Предлагаемый товар		Ֆակոէմուլսիֆիկացիոն համակարգի
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Ասպիրացիայի ճնշման
1					կարգավորման դիապազոն 0-650մմ սս (5 մմ սս քայլերով)
					Ակնաբուժական Ֆակոէմուլսիֆիկացիոն համակարգի Ասպիրացիայի ճնշման կարգավորում ֆիքսված, ճնշման փոփոխություն կախված ոտնակի սեղմվածության մակարդակից Ակնաբուժական Ֆակոէմուլսիֆիկացիոն համակարգի Հեղուկի հոսքի կարգավորման դիապազոն ~ ~0-60մլ/ր (1 մլ/ր քայլերով) Ակնաբուժական Ֆակոէմուլսիֆիկացիոն համակարգի Հեղուկի հոսքի կարգավորում ֆիքսված, հեղուկի հոսքի փոփոխություն կախված ոտնակի

					սեղմվածության մակարդակից, առաջադեմ հոսքի վերահսկում Ակնաբուժական Ֆակոէմուլսիֆիկացիոն համակարգի Կասետային համակարգի տեսակ բազմանգամյա օգտագործման կասետային համակարգ Ակնաբուժական Ֆակոէմուլսիֆիկացիոն համակարգի Կասետային համակարգի ստերիլեզացիայի պայմաններ ավտոկլավում 135C 8 ր պայմաններում Ակնաբուժական Ֆակոէմուլսիֆիկացիոն համակարգի Ուլտրաձայնի ռեժիմներ շարումական, պոլսացիոն, աստիճանական, պայթյունային, APS plus Ակնաբուժական Ֆակոէմուլսիֆիկացիոն համակարգի Ուլտրաձայնային գործիքի երկայնական տատանման հաճախականություն 42,5 կՀց Ակնաբուժական Ֆակոէմուլսիֆիկացիոն համակարգի Ուլտրաձայնային գործիքի տորսիոնալ տատանման հաճախականություն 30,2 կՀց Ակնաբուժական Ֆակոէմուլսիֆիկացիոն համակարգի
--	--	--	--	--	--

						Ուլտրաձայնային գործիքի անհրաժեշտ տատանման տարբերակներ երկայնական, տորսիոնալ, երկայնական-տորսիոնալ և տորսիոնալ-երկայնական Ակնաբուժական ֆակոեմուլսիֆիկացիոն համակարգի Դիաթերմիայի հաճախականություն 515 կՀց Ակնաբուժական ֆակոեմուլսիֆիկացիոն համակարգի Դիաթերմիայի հզորություն 0,5-10Վտ Ակնաբուժական ֆակոեմուլսիֆիկացիոն համակարգի Վիտրեկտորի կտրման արագության կարգավորման դիապազոն 100-1000 կտրվածք/ր Ակնաբուժական ֆակոեմուլսիֆիկացիոն համակարգի Միկրովիրաբուժական գոծիքների համար նախատեսած սեղանիկ առկա Վիրահատական սեղանի հիմք Շրջանակի պրոֆիլը 90 x 50 մմ Արտաքին երկարությունը 785 մմ Արտաքին լայնությունը ներառյալ լծակ 720 մմ Արգելակներ, որոնք գործում է երկու կողմից և յուրաքանչյուրը գործում է երկու անիվի վրա; երկու անիվների անկախ դեկի գործառույթ Կրկնակի անվադողերով անիվներ
--	--	--	--	--	--	--

					տրամագիծը $\varnothing$ 125 մմ Անջատվող կառավարման վահանակ (ընդհանուր, գլուխը վեր/ներքև) Արտակարգ կանգառի կոճակ Տեսանելի պտուտակները պատրաստված են չժանգոտվող պողպատից Վիրահատական սեղանի վերին շրջանակ 4 մասից բաղկացած շրջանակ (գլուխ, մեջք, նստատեղ, ոտքի մաս) հանվող պաստառագործություն Պաստառապատման լայնությունը 610 մմ Լայնությունը ներառյալ ձեռքերի հենակները 850 մմ Երկարությունը 1760-1900 մմ Անկյունի չափերը (L x W) Գլխի մաս $-29^{\circ}/+35^{\circ}$ 255 x 245 մմ Մեջքի մաս $0^{\circ}/+83^{\circ}$ 610 x 610 մմ Նստատեղի մաս $-5^{\circ}/+35^{\circ}$ 450 x 610 մմ Ոտքերի մաս $0^{\circ}/-77^{\circ}$ 510 x 610 մմ Բարձրության կարգավորում 625-925 մմ Ձեռքերի հենակները $0^{\circ}/+180^{\circ}$ (2x) 470 x 75 մմ Ոտքերի տարածք 520-820 մմ Trendelenburg $-12^{\circ}/$Reverse Trendelenburg $+5$ Վիրահատական սեղանի Էլեկտրական կառավարում Բոլոր բաղադրիչները ըստ IP54 ստանդարտի Ձեռքի կառավարում 8
--	--	--	--	--	---

					անհատական ծրագրավորվող դիրքերի հիշողությամբ, ավտոմատ գործարկման գործառույթ, վերագործարկման կոճակ Ուտնակի կառավարում՝ 4 անջատիչներով և վերաակտիվացման կոճակ Վիրահատական սեղանի բարձրացնող սյուն 300 մմ առավելագույն բարձրացում Առավելագույն բեռնվածություն 250 կգ Շարժիչներ IP54 HAL սենսորներով, հիշողության պահպանման համար Ակնաբուժական երկուսը մեկում օպտիկական բիոմետր և տոպոգրաֆի Աչքի աքսիալ երկարության չափման միջակայք 14-40մմ Ակնաբուժական երկուսը մեկում օպտիկական բիոմետր և տոպոգրաֆի Աչքի առաջնային խցիկի չափման միջակայք 1.5-6.5 մմ Ակնաբուժական երկուսը մեկում օպտիկական բիոմետր և տոպոգրաֆի Եղջերաթաղանթի կենտրոնական հաստության չափման միջակայք 0.25-1.3 մմ Ակնաբուժական երկուսը մեկում օպտիկական բիոմետր և տոպոգրաֆի Ակնաբուժական
--	--	--	--	--	---

						երկուսը մեկում օպտիկական բիոմետր և տոպոգրաֆի Ներակնային ոսպնյակի հաստության չափման միջակայք 1.5-6.5 մմ (ֆակիկ) 0.5-3.5 մմ (պսեֆդո-ֆակիկ) Ակնաբուժական երկուսը մեկում օպտիկական բիոմետր և տոպոգրաֆի Եղջերաթաղանթի լիմբուսների սահմանների միջև հեռավորության չափման միջակայք 7-14 մմ Ակնաբուժական երկուսը մեկում օպտիկական բիոմետր և տոպոգրաֆի Բբի դիամետրի չափման միջակայք 0.5-10 մմ Ակնաբուժական երկուսը մեկում օպտիկական բիոմետր և տոպոգրաֆի Եղջերաթաղանթի կորության շառավղի չափման միջակայք 5-13 մմ Ակնաբուժական երկուսը մեկում օպտիկական բիոմետր և տոպոգրաֆի Եղջերաթաղանթի ռեֆռակտիվ ուժի չափման միջակայք 25.96 D-67.50 D Ակնաբուժական երկուսը մեկում օպտիկական բիոմետր և տոպոգրաֆի Տոպոգրաֆիայի աշխատանքային հեռավորություն 80 մմ Ակնաբուժական երկուսը
--	--	--	--	--	--	---

					մեկում օպտիկական բիոմետր և տոպոգրաֆի Տոպոգրաֆիայի պլացիդո օղերի քանակ 24 Ակնաբուժական երկուսը մեկում օպտիկական բիոմետր և տոպոգրաֆի տոպոգրաֆիայի վերլուծման կետեր 100000 Որակի հավաստագրեր Առնվազն EU Declaration of Conformity, ISO 13485 Մատակարարման պայմաններ Հավաքածուն կարող է ձեռք բերվել նաև Լիզինգի միջոցով՝ պետական սուբսիդավորման ծրագրի շրջանակներում Առնվազն՝ 1 տարի երաշխիքային սպասարկում: Սարքը պետք է լինի նոր 2025թվականի արտադրության, գործարանային փաթեթավորմամբ: Մատակարարը պետք է ապահովի սարքի տեղափոխումը, տեղադրումը, փորձարկումը, մասնագետների ուսուցումը սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից գնորդի կողմից նշված հասցեում:
--	--	--	--	--	--