

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԵԴՕՊՏԻԿՈՒՄ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/47 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	ռեֆրակտոմետր	HUVITZ	HRK-1	HUVITZ CO., LTD	Բժշկական օպտոմետրիայի ավտոմատ կերատոռեֆրակտոմետր Ներկառուցված ձուլվածքով թեթև կանգնակ Գունավոր 7 դյույմ թվային Էկրանի առկայություն Ավտոմատ և ձեռքով ֆոկուսիրովման ֆունկցիայի առկայությամբ PD ավտոմատ չափման գործառույթ, ինքնաբերաբար PD արժեք Մեկ ստեղծով արգելափակման գործառույթի առկայություն Դիզայնը պ համապատասխանում է մարդու մարմնի ինժեներիայի կառուցվածքին՝ հաճախորդներին լավ զգացողություն և

հարմարավետությունն ապահովելու համար Տվյալների փոխանցման հնարավորության առկայություն Չափման ռեժիմներ. (ոչ պակաս քան) K/R ռեժիմ (բեկման և կերատոմետրի չափում) REF ռեժիմ (բեկման չափում) Ռեֆրակտոմետր. Բեկման չափում Գազաթների հեռավորությունը ոչ պակաս քան 0.0, 12.0, 13.75, 15 մմ Տիրույթը -30.00 ~ + 25.00D (0.01/0.12 / 0.25d քայլ) միջակայքում Ցիլինդրը -12~+12D (0.01/0.12 / 0.25D քայլ) միջակայքում Առանցքը 1°-180° (1° աստիճան քայլ) միջակայքում Բիբերի միջև եղած հեռավորությունը 10-85 մմ Բիբի չափելի մինիմալ տրամագիծը Ø2.0 մմ Կերատոմետրիա. Եղջերաթաղանթի կորության չափում. Կորության շառավիղը 5-13 մմ (0,01 մմ քայլ) Եղջերաթաղանթի բեկումը 25.96-67.50D (0.05/0.12 / 0.25D քայլ) միջակայքում Եղջերաթաղանթի աստիգմատիզմը 0.00~15.00D (0.05/0.12 / 0.25D քայլ) միջակայքում Առանցքը 1°-180° (1° աստիճան քայլ) Եղջերաթաղանթի տրամագիծը 2.0-14.0 մմ Այլ.

				Թիրախի ավտոմատ մշուշում Ջերմային պրինտերի առկայություն Բարձրությունը կարգավորվող կգակի հենակի առկայություն RS 232 ինտերֆեյս Սնուցումը՝ 220 Վ / 50/60 Հց Հավաքածու և պարագաներ Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Տեղադրում և մեկնարկ Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485, EU declaration of conformity
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО МЕДОПТИКУС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 02 00000000-2025/47 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8					