

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ 25/22 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Մեզի ընդհանուր քննության երիզ	Մեզի ընդհանուր քննության երիզ	Մեզի ընդհանուր քննության երիզ	Մեզի ընդհանուր քննության երիզ	Մեզի ընդհանուր քննության երիզ առնվազն գյուլկոզայի, բիլիռուբինի, կետոն, տեսակարար կշիռ, թաքնված արյուն, թթվահիմնային միջավայր, սկիտակոլց, ուռոբիլինոգեն, նիտրիտներ, լեյկոցիտներ, միկրոալբումինուրիա, կրեատինին, կալցիում որոշուլու հնարավորությամբ համատեղելի Combolyzer 13 մեզի վելուծիչի հետ պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 18 ամիս, բացելուց հետո պիտանի պետք է լինի կիրառելու 2 ամիս: Պահպանման ջերմաստիճանը 2-25 աստիճան, չոր , փաթեթավորումը

				<p>100 երիզ մեկ տուփում : Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն` ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UF4-EMXU7QF 25/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Մեզի ընդհանուր քննության երիզ	Մեզի ընդհանուր քննության երիզ	Մեզի ընդհանուր քննության երիզ	Մեզի ընդհանուր քննության երիզ	Մեզի ընդհանուր քննության երիզ առնվազն գլուկոզայի, բիլիռուբինի, կետոն, տեսակարար կշիռ, թաքնված արյուն, թթվահիմնային միջավայր, սկիտակոլց, ուռոբիլինոգեն, սիտրիտներ, լեյկոցիտներ, միկրոալբումինուրիա, կրեատինին, կալցիում որոշուլու հնարավորությամբ համատեղելի Combolyzer 13 մեզի վելուծիչի հետ պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 18 ամիս, բացելուց հետո պիտանի պետք է լինի կիրառելու 2 ամիս: Պահպանման ջերմաստիճանը 2-25 աստիճան, չոր , փաթեթավորումը

				<p>100 երիզ մեկ տուփում : Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն` ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III:</p>
--	--	--	--	---