

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Նանե Հարությունյան-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/16-19-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	CHUANGDA LABORATORY	PZ-550LI	ZHENGZHOU CHUANGDA LABORATORY EQUIPMENTCO. , LTD	Սարքավորումը կիրառվում է լաբորատոր, բժշկական, դեղագործական և քիմիական հետազոտություններում՝ նմուշների պատրաստման, նանոմասնիկների տարրալուծման, կենսաբանական բաղադրիչների արդյունահանման և այլ գործընթացների համար, որոնք պահանջում են ինտենսիվ ուլտրաձայնային ազդեցություն: Այն նախատեսված է տարրալուծման, էմուլսացման, հոմոգենացման (համասեռացման) և բջջային կառուցվածքների քայքայման համար, ապահովում է մասնիկների համաչափ բաշխումը սուսպենզիաներում և էմուլսիաներում, ինչպես նաև արագացնում է կենսաբանական և քիմիական գործընթացները: Ուլտրաձայնային հեմոգենիզատորի (համասեռարարիչ)-ի մոլոքային լարում՝ 85-260Վ/50-60Հց, Չոնդի ելքային հզորություն՝ մինչև

			550Վտ, Նոմինալ հաճախականություն՝ մինչև 20ԿՀց, ժամանակի կառավարում՝ 1 րոպեից մինչև 99 ժամ սահմանելու հնարավորությամբ, Հզորության կարգավորում՝ 1%-100%, քայլ՝ 1%, Ջերմաստիճանի կարգավորում՝ 0-300°C, քայլ՝ 1°C, Իմպուլսների մինչև ընկած ժամանակահատված՝ 1 վարկյանից 60 րոպե, կարգավորելու կամ նախապես սահմանելու հնարավորությամբ, Աշխատանքային ռեժիմ՝ պոլսային, որոշակի ժամանակային ինտերվալով, շարունակական, Էկրան՝ LCD, կետայնություն՝ ոչ պակաս, քան 800×480, Ինտերֆեյս և ցուցադրվող պարամետրեր. Հիմնական ինտերֆեյս՝ ուլտրաձայնային ելքային հզորություն, հաճախականություն, աշխատանքային ռեժիմ, օգտվողի խումբ, կարգավորման ստեղն, գործառնական վիճակ, սկիզբ/կանգ, գործառնական պարամետրեր, Աշխատանքային ինտերֆեյս՝ ընդհանուր աշխատանքային ժամանակ, աշխատանքային ժամանակ, դադարի ժամանակ, օգտվողի խումբ, գերտաքացման ջերմաստիճան, հզորության ելքային հարաբերակցություն, աշխատանքային ռեժիմ, ծրագրի պահպանման ստեղն: Չափեր. Հիմնական բլոկ՝ 440×248×251 մմ (±5%), Ձայնամեկուսիչ խցիկ՝ 252×240×455 մմ (±5%), Մալուխի երկարություն՝ մինչև 150 սմ: Նոր, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից մեկ տարի: Տեղափոխումը, տեղադրումը և կարգաբերումը մատակարարի կողմից և մատակարարի միջոցներով:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Զ Նաևե Հարսթյունյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2025/16-19-ԵՊԲՀ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	CHUANGDA LABORATORY	PZ-550LI	ZHENGZHOU CHUANGDA LABORATORY EQUIPMENTCO. , LTD	Սարքավորումը կիրառվում է լաբորատոր, բժշկական, դեղագործական և քիմիական հետազոտություններում՝ նմուշների պատրաստման, նախնական և վերջնական տարրալուծման, կենսաբանական բաղադրիչների արդյունահանման և այլ գործընթացների համար, որոնք պահանջում են ինտենսիվ ուլտրաձայնային ազդեցություն: Այն նախատեսված է տարրալուծման, էմուլսացման, հոմոգենացման (համասեռացման) և բջջային կառուցվածքների քայքայման համար, ապահովում է մասնիկների համաչափ բաշխումը սուսպենզիաներում և էմուլսիաներում, ինչպես նաև արագացնում է կենսաբանական և քիմիական գործընթացները: Ուլտրաձայնային հեմոգենիզատորի (համասեռարարիչ)-ի մոլոքային լարում՝ 85-260Վ/50-60Հց, Չոնդի ելքային հզորություն՝ մինչև

			550Վտ, Նոմինալ հաճախականություն՝ մինչև 20ԿՀց, ժամանակի կառավարում՝ 1 րոպեից մինչև 99 ժամ սահմանելու հնարավորությամբ, Հզորության կարգավորում՝ 1%-100%, քայլ՝ 1%, Ջերմաստիճանի կարգավորում՝ 0-300°C, քայլ՝ 1°C, Իմպուլսների մինչև ընկած ժամանակահատված՝ 1 վարկյանից 60 րոպե, կարգավորելու կամ նախապես սահմանելու հնարավորությամբ, Աշխատանքային ռեժիմ՝ պոլսային, որոշակի ժամանակային ինտերվալով, շարունակական, Էկրան՝ LCD, կետայնություն՝ ոչ պակաս, քան 800×480, Ինտերֆեյս և ցուցադրվող պարամետրեր. Հիմնական ինտերֆեյս՝ ուլտրաձայնային ելքային հզորություն, հաճախականություն, աշխատանքային ռեժիմ, օգտվողի խումբ, կարգավորման ստեղն, գործառնական վիճակ, սկիզբ/կանգ, գործառնական պարամետրեր, Աշխատանքային ինտերֆեյս՝ ընդհանուր աշխատանքային ժամանակ, աշխատանքային ժամանակ, դադարի ժամանակ, օգտվողի խումբ, գերտաքացման ջերմաստիճան, հզորության ելքային հարաբերակցություն, աշխատանքային ռեժիմ, ծրագրի պահպանման ստեղն: Չափեր. Հիմնական բլոկ՝ 440×248×251 մմ (±5%), Ձայնամեկուսիչ խցիկ՝ 252×240×455 մմ (±5%), Մալուխի երկարություն՝ մինչև 150 սմ: Նոր, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից մեկ տարի: Տեղափոխումը, տեղադրումը և կարգաբերումը մատակարարի կողմից և մատակարարի միջոցներով:
--	--	--	---