

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Smartlabo-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/126 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3			

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Smartlabo в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БГЗ-БЦДЦГЗР-25/126 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Шкаф вытяжной	Шкаф вытяжной	Шкаф вытяжной. габариты (ДхШхВ): 1800(±5)х860(±5)х2300(±5)мм, с одинарными стенками и встроенной тумбой. Цельно сваренный металлический каркас, выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения, жёсткую модульную конструкцию, изготовленную из листовой стали толщиной не менее 1мм с одинарными стенками покрытых экологически чистой полимерно-порошковой краской устойчивой к обработке всеми видами моющих средств. Рабочая поверхность: Химически и термически стойкая цельная бесшовная керамическая глазурованная плита SRW. Длина плиты - 1800(±5) мм Глубина: 750(±5) мм, Высота: 2300(±5) мм. Рабочая поверхность должна соответствовать: GB/T 19001-2016 или ISO 9001:2015 сертификатам. Материал должен быть предварительно проверен тестом SEFA 3-2010 по пункту 2.1, получив только единственную оценку <<1>> в случае 48% фтористоводородной кислоты, а в случае остальных химических веществ, предусмотренных тестом оценка должна быть «0» как в случае метода А,

и метода В. Вместе с товаром должны быть предоставлены документы, подтверждающие соответствие стандартам, приложенным к заявлению. Рабочий бокс: Глубина рабочего пространства – 700(±5)мм. Столешница имеет передний противопроточный бесшовный бортик. Корпус шкафа – металл листовой 1мм. Труба сечением 25(±1)х25(±1)х1.5(±0.2)мм. Створки дверей двойные не выходят за пределы вытяжного шкафа. Двери вертикально поднимающаяся с механизмом противовеса повышенной безопасности. Противовесы размещены на задней наружной стенки вытяжного шкафа. Подъемный экран с возможностью фиксации на любой высоте, стекло толщиной 5(±0.5)мм, подъем от 0 до 700мм. Два уровня вытяжки обеспечивают равномерность потока по всему объему основной камеры вытяжного шкафа. Вытяжка из рабочей камеры шкафа обеспечивается через фланец D=200 (±2)мм Комплектация: Выключатель - 1шт, автомат аварийного отключения питания 16А-1шт. брызгозащищенные розетки с крышкой (IP20 3,2кВт) – 2шт. светильник пылевлагозащищенный (IP65) 1шт, цельносваренный каркас, выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения. Расположение комплектации предварительно обсудить с заказчиком. В рабочей камере шкафа, на задней стенке, в правом или левом углу и на высоте от рабочей поверхности 20(±2) см установлены 4 брызгозащищенные розетки с крышкой (IP20 3,2кВт), для каждой из которых на внешней стороне шкафа предусмотрен отдельный выключатель. Основание шкафа установлено на регулируемые опоры от 0 до 10(±0.5)мм". 1 Тумба- металлические с раздвижными дверцами. Материал внутренней стороны дверок - панели из металла. Тумба обеспечивает временное и безопасное хранение не сильно агрессивных веществ. Тумба разделена на два отделения, в каждом – фланец 120(±2)х60(±2) мм, для соединения с вытяжными коммуникациями, в правом отделении расположена встроенная полка. Сливная раковина с

		сифоном встроенная в рабочую поверхность вытяжного шкафа (для каждого вытяжного шкафа) состоит из химически и механически стойкого эпоксидного сополимера габариты (ДхШхВ): 260(±3)х110(±3)х150(±3)мм. К раковине прилагается 2 крана без смесителя для холодной воды (гусак). Расположение раковины и кранов на рабочей поверхности заранее согласовать с заказчиком. Поверхность фитингов покрыта порошковой краской на основе эпоксидных смол. Краны изготовлены из CZ121 и BS2872 медные трубки, механически обработанные с допусками для обеспечения более качественной продукции. Перед доставкой необходимо предоставить сертификаты качества и происхождения, а также гарантия 1 год. Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении или наполовину изношенных деталей. В зависимости от сложностей коммуникативного и пространственного обустройства в помещении необходимо внести дополнительные коррективы и индивидуальный подход с заказчиком. Перед поставкой необходимо предоставить заказчику чертежи и трехмерное моделирование расстановки мебели в комнатах. Перед поставкой согласовывать товар с заказчиком. Вместе с поставляемым продуктом заказчику должен быть представлен технический паспорт данного товара Доставка, установка и проверка вытяжных шкафов должна быть осуществлена со стороны поставщика.
--	--	---