

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՏ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-20-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
99	HI-TORQUE	HI-TORQUE	Abbott Vascular	Կորոնար ուղղորդիչ 0,014": Ներքին միջուկը կազմված է 304V տեսակի պողպատից, հյուսված ծայրով: Ռենտգենկոնտրաստ ծայրի երկարությունը` 3սմ: Դիստալ մասը և ծայրի շապիկը պատված է պոլիմերային ծածկույթով: Հիդրոֆիլ ծածկույթ պոլիմեր ծածկույթի վրայից: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից դիստալ ռենտգենկոնտրաստ ծայրի պահանջվող ձևերն են` ուղիղ, J-ձև: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ծայրի պահանջվող կոշտությունն է` 1,5գ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից կորոնար ուղղորդիչի պահանջվող երկարություններն են` 190սմ, 300 սմ: Ֆորմատ` հատ: CE MARK որակի վկայականների

				առկայություն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ПРОФТЕСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПР-2025/16-20-БПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
99				