

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌՈՄԱ ՍՊԸ-ն ԵՊԵԱՃ25-15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
42	FDC NAKCLS	FUJIFILM	FUJIFILM	Ռեֆերենս Լ-թ Na+K+Cl որոշման համար նախատեսված NX600i ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար Ֆորմատ՝ 6x8 մլ: Փաթեթավորում՝ NX600i վերլուծիչի համար նախատեսված: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО УТС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БЭЦД25-15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
42				