

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ-ն ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/86 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Էլեկտրավիրաբուժ ական գեներատոր	Էլեկտրավիրաբուժ ական գեներատոր	Էլեկտրավիրաբուժ ական գեներատոր	Էլեկտրավիրաբուժ ական գեներատոր	Բարձր հաճախականությամբ Էլեկտրավիրաբուժական գեներատորը նախատեսված է լիգաշուր համակարգի եղանակներով վիրաբուժական միջամտություններ կատարելու, ինչպես նաև հյուսվածքների միացման և անոթային Էլեկտրոլիզացիայի համար: Գեներատորը նախատեսված է ընդհանուր վիրաբուժության` ուրոլոգիական, անոթային, կրծքային, պլաստիկ, գինեկոլոգիական, կոլոռեկտալ LON միջամտությունների `

տոնզիլեկտոմիայի միջամտությունների համար: Բոլոր տեսակի Լիգաշուր համակարգի համադրումը TissueFect Probing™ տեխնոլոգիայի հետ վերահսկում է հյուսվածքների դիմադրության փոփոխությունները վայրկյանում 434000 անգամ տալով համապատասխան կուագուլիացիայի էներգիա : Համակարգի վրա պետք է առկա երկու երկբևեռ , մեկ միաբևեռ միացումներ հետագա մոդերնիզացիայի և վերածրագրելու հնարավորությամբ որը թույլ է տալիս SHARED coag ռեժիմով միաժամանակյա աշխատելու , որ համադրվում է TissueFect Probing™ տեխնոլոգիայի հետ: Լիգաշուր միաբևեռ և երկբևեռ գործիքների համադրումը գեներատորին կատարվում է QR կոդով` Լիգաշուր միաբևեռ և երկբևեռ միաժամանակյա ակտիվացվում և թվացվում է SHARED coag ռեժիմով : Լիգաշուր միացումը Valleylab™ Exchange ծրագրի հավելվածի միջոցով համադրվում է LON- միջամտությունների համար

						Նախատեսված BiZact™ տոնգիլեկտրոմիայի միջամտության համար նախատեսված գործիքին : Լապարասկոպիկ վիրահատության` Լիգաշուր գործիքների համադրումը Valleylab FT10 գեներատորին • LIGASURE™ BLUNT TIP 5 մմ - 23 սմ • LIGASURE™ MARYLAND 5 մմ- 23սմ , 37սմ , 44սմ • LIGASURE ATLAS 10մմ- 23սմ , 37սմ Բաց վիրահատության` Լիգաշուր գործիքների համադրումը Valleylab FT10 գեներատորին • IMPACT • LIGASURE™ STD , LIGASURE™ STD • LIGASURE™ AXS LIGASURE™ STD • LIGASURE™ XTD LIGASURE™ X • Միաբևեռ մասնահատման ռեժիմներ Pure, Blend, Valleylab • Միաբևեռ կոագուլյացիայի ռեժիմներ` Fulgurate, Spray, Soft, Shared • Երկբևեռ ռեժիմներ` ցածր, միջին, բարձր` համադրելի TissueFect Probing™ տեխնոլոգիայի հետ: • Valleylab-ի հատուկ մոնոպոլային դիսենցիոն ռեժիմ` միաժամանակյա հեմոստազով: • Ճրագրային ապահովման արդիականացման համակարգ նոոլթբուքի միջոցով • Երկբևեռ տրանստրետորալ
--	--	--	--	--	--	--

					ռեգեկցիայի եղանակներ COAG կոագուլյացիա և CUT մասնահատում: • 7 դյույմ սենսորային LED էկրան 4 պորտ՝ 2 միաբևեռ, 1 երկբևեռ, 1 LigaSure: Չափերը • Լայնությունը՝ 35 ± 10 սմ • Երկարությունը՝ 45 ± 10 սմ • Բարձրությունը՝ 17 ± 10 սմ • Քաշը՝ 10 ± 3 կգ Գործիքի կառուցվածքը Նվազագույն ինվազիվ վիրահատությունների համար Նախատեսված վիրաբուժական էլեկտրոկուագուլիացիոն դանակ: LS10 FT10 էլեկտրոկուագուլիացիոն գեներատորների համար ձրագրային ապահովումը ոչ պակաս 3,9-4,5 հնարավոր տարբերակներով : Նախատեսված բաց վիրահատությունների համար Կոլագուլյացիոն եւ կտրման ռեժիմների առկայություն: Մասնատող ճյուղերը պետքե լինեն սրածայր պատված նանո կուագուլացիոն թաղանթով ՝ նվազացնելով հյուսվածքների տերմալ վնասակարության ազդեցությունը ,ապահովելով հյուսվածքների և անոթների նվազագույն ինվազիվ
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара					ազդեցությունը: Հյուսվածքների ֆիկսումը և մասնահատումը կատարվում է առանձին ակտիվացումներով : Հնարավորություն է տալիս նախքան կուլագուլիացիան , ավտոմատացման եղանակով չափել հյուսվածքի խտությունը , որը չափերը և գերազանցի 7մմ : Ցողունի տրամագիծի առկա անհարաժեշտ չափերը պետք է լինեն 5 մմ; (±1)
ООО "Энерджи Груп" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом торгов ЕЭД № 12P-25/86 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					ցողունի երկարությունը 23 սմ , 350 տեխնիկական ցողունային պտույտով:
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Գործիքի կառուցվածքը` ①
1					Մասնատող ճյուղեր` սրածայր ②Ցողուն ③Պտտվող անիվ (մոխրագույն) ④Բռնակ (մոխրագույն սպիտակ) ⑤Ակտիվացման կոճակ (մանուշակագույն) ⑥ Եռճյուղանի խրոց ⑦ Մալուխ` անմիջական միացումով ⑧Լծակ կամ առջևի բռնակ (մոխրագույն սպիտակ) ⑨ Դանակի ձգան (մոխրագույն) Հավաքակազմում 12 գործիք Նվազագույն ինվազիվ վիրաբուժության համար նախատեսված վիրաբուժական էլեկտրոկուլագուլիացիոն դանակ: LS10 FT10 Էլեկտրոկուլագուլիացիոն

					գեներատորների համար ՝ծրագրային ապահովումը ոչ պակաս 3,9-4,5 հնարավոր տարբերակներով : Նախատեսված բաց և լապարասկոպիկ վիրահատությունների համար Կոագուլյացիոն եւ կտրման ռեժիմների առկայություն: Մասնատող ճյուղերը պատված են սրածայր նանո կոագուլացիոն թաղանթով ՝ նվազացնելով հյուսվածքների տերմալ վնասակարության ազդեցությունը ապահովելով նվազագույն ինվազիւ ազդեցությունը : Հյուսվածքների ֆիկսումը և մասնահատումը կատարվում է առանձին ակտիվացումներով : Նախապես ՝ ավտոմատացման եղանակով չափելով հյուսվածքի խտությունը Ցողունի տրամագիծի առկա անհարաժեշտ ճափերը պետք լինեն 5 մմ; (± 1)ցողունի երկարությունը 37 սմ, . 350 աստիճան ցողունային պտույտ: Գործիքի կառուցվածքը ՝ ① Մասնահատող ճյուղեր ②Ցողուն ③Պտտվող անիվ (մոխրագույն) ④Բռնակ (մոխրագույն սպիտակ)
--	--	--	--	--	--

					⑤Ակտիվացման կոճակ (մանուշակագույն) ⑥ Եռճյուղանի խրոց ⑦ Մալուխ ⑧Լծակ կամ առջևի բռնակ (մոխրագույն սպիտակ) ⑨ Դանակի ձգան (մոխրագույն) Հավաքակազմում 24 գործիք
--	--	--	--	--	---