

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԵԴԹԵՅԴ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/194 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Էնդոսկոպիկ կանգնակ՝ համալրված բրոնխոսկոպով և գաստրոսկոպով	Էնդոսկոպիկ կանգնակ՝ համալրված բրոնխոսկոպով և գաստրոսկոպով	Էնդոսկոպիկ կանգնակ՝ համալրված բրոնխոսկոպով և գաստրոսկոպով	Էնդոսկոպիկ կանգնակ՝ համալրված բրոնխոսկոպով և գաստրոսկոպով	Լրակազմը բաղկացած է հետևյալ սարքավորումներից՝ Վիդեո պրոցեսոր - 1 հատ՝ Տարբեր տեսակի վիդեո Էնդոսկոպների միացման հնարավորություն՝ վիդեոգաստրոսկոպներ, վիդեոկոլոնոսկոպներ, վիդեոբրոնխոսկոպներ, վիդեոդուոդենոսկոպներ, ուլտրաձայնային վիդեոԷնդոսկոպներ, Թվային վիրտուալ քրոմոսկոպիայի տեխնոլոգիա՝ 3 ռեժիմ, Սենսորային Էկրանի կողպման գործառույթի և առնվազն HD+ որակով

					պատկերավորում ապահովվելու հնարավորություն, Հիմնական լույսի աղբյուրը՝ LED տեսակի, Սենսորային էկրան՝ վիդեո պրոցեսորի բոլոր գործառնությունները կառավարելու համար Ամբողջական էկրանով հետազոտությունը ցուցադրելու հնարավորություն Հետագայում 4K որակով պատկերավորում ապահովվելու համար Վիդեոպրոցեսորի թարմացման հնարավորություն, Սառեցման գործառնությոը լավագույն պատկերի ավտոմատ ընտրությամբ, Ներկառուցված տեսագրման, Էնդոսկոպի նույնականացման, մեկ հպումով սպիտակի հավասարակշռման գործառնությունների առկայություն Թվային վիդեո ելքեր՝ առնվազն-DVI, 3G/HD-SDI, SDI (4K) Պատկերները արտաքին կրիչներում պահելու, առանց տեսանկարահանող լրացուցիչ սարքերի USB ֆլեշ կրիչով տեսանյութ ծայնագրելու հնարավորության առկայություն, Պատկերները երկակի էկրանի ռեժիմում ցուցադրելու հնարավորության առկայություն,
--	--	--	--	--	--

					Պահված պատկերը պրոցեսորի հիշողությունից մոնիտորի և վիդեո պրոցեսորի սենսորային էկրան դուրս բերելու հնարավորության առկայություն, Ձեռքով և ավտոմատ պայծառության կառավարման հնարավորության առկայություն, Գույների կարգավորման հնարավորության առկայություն Ստեղնաշարը պետք է լինի ներառված Պոմպ` ներկառուցված, դիաֆրագմիկ տեսակի Վիդեո պրոցեսորի հետագայում բոլոր հետազոտությունները DICOM ֆորմատով պահպանելու համար թարմացնելու հնարավորության, CCD և CMOS մատրիցներով հագեցած վիդեո էնդոսկոպների հետ համատեղելիության առկայություն Կարգավորվող էլեկտրոնային սրման ռեժիմներ` առնվազն 6 ռեժիմ Կապույտ/կարմիր գույնի ճշգրտում` առնվազն 11 մակարդակ Պատկերի էլեկտրոնային մեծացման հնարավորություն Պատկերի էլեկտրոնային խոշորացման մակարդակներ` առնվազն 3 մակարդակ խոշորացման սանդղակը` 1x-2x միջակայքում
--	--	--	--	--	--

					Վիդեո պրոցեսոր՝ USB կրիչի պահված համակարգի կոնֆիգուրացիաների, տվյալների ներբեռնման գործառնություն, Անալոգային վիդեո ելքի առկայություն Թվային վիդեո ելք՝ առնվազն DVI Sպիչի ելք՝ առնվազն Y/C Կառավարման ազդակի միակցիչներ՝ առնվազն RJ-45, Remote, USB, RS-232C Ներքին սկավառակի կամ ֆլեշ կրիչի վրա ազատ հիշողության ցուցադրման հնարավորություն Պատկերների պահպանման ձևաչափ՝ առնվազն JPEG, TIFF Ներքին հիշողության և համակարգչում լուսանկարների պատկերների պահպանման հնարավորություն, Պրոցեսորի ներքին հիշողության մեջ և USB ֆլեշ հիշողության մեջ տեսանյութի պահպանման հնարավորություն, Վիդեո պրոցեսորի առջևի և հետևի վահանակների վրա USB պորտերի առկայություն USB պորտերի ընդհանուր քանակը՝ առնվազն 5 Լույսի աղբյուրը կազմող լուսադիոդների քանակը՝ առնվազն 5 Պայծառության՝ ձեռքով և ավտոմատ հսկողության
--	--	--	--	--	--

					հնարավորության առկայություն, Ըստ միջին և գազաթնակետային արժեքի ավտոմատ կերպով պայծառության ճշգրտման հնարավորության առկայություն Վիդեոգաստրոսկոպ մանկական - 1 հատ Վիդեո պրոցեսորի համատեղելիության առկայություն, Դիտման ուղղությունը՝ ուղիղ դիտում, Դիտման անկյուն՝ առնվազն 140 աստիճան, Դիտման խորություն՝ առնվազն 3-100 մմ Դիտման ծալի տրամագիծը՝ ոչ ավել, քան 5,4 մմ,
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара МЕДТРЕЙД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЭ-ЕЦДԱՊԶ-25/194-նի՞շե ներկայացնում է առկա ապրանքը՝					
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	տեխնիկական հատկանիշները
1					Տեղադրման խողովակի տրամագիծը՝ առնվազն 5,7 մմ, Գործիքային ուղղու տրամագիծը՝ առնվազն 2,0 մմ Աշխատանքային մասի թեքման անկյուն դեպի վերև՝ առնվազն 210 աստիճան Աշխատանքային մասի թեքման անկյուն դեպի ներքև՝ առնվազն 120 աստիճան Աշխատանքային մասի թեքման անկյուն դեպի ձախ՝ առնվազն 120 աստիճան Աշխատանքային մասի թեքման անկյուն դեպի աջ՝ առնվազն 120 աստիճան Աշխատանքային մասի երկարությունը՝ ոչ պակաս, քան 1100 մմ Էներգիայի բռնակի վրա

					ծրագրավորվող կոճակների, դիստալ հատվածում ինտեգրված բարձր լուծաչափով գունային մատրիցայի, պատկերի HD+ որակով փոխանցման առկայություն Վիդեոգաստրոսկոպ – 1 հատ Վիդեո պրոցեսորի համատեղելիության առկայություն, Դիտման ուղղությունը՝ ուղիղ դիտում, Դիտման անկյուն՝ առնվազն 140 աստիճան, Դիտման խորություն՝ առնվազն 4-100 մմ Դիստալ ծայրի տրամագիծը՝ ոչ ավել, քան 7,1 մմ, Տեղադրման խողովակի տրամագիծը՝ առնվազն 8,0 մմ, Գործիքային ուղու տրամագիծը՝ առնվազն 2,4 մմ Աշխատանքային մասի թեքման անկյուն դեպի վերև՝ առնվազն 210 աստիճան Աշխատանքային մասի թեքման անկյուն դեպի ներքև՝ առնվազն 120 աստիճան Աշխատանքային մասի թեքման անկյուն դեպի ձախ՝ առնվազն 120 աստիճան Աշխատանքային մասի թեքման անկյուն դեպի աջ՝ առնվազն 120 աստիճան Աշխատանքային մասի երկարությունը՝ ոչ պակաս, քան 1050 մմ Էնդոսկոպի բռնակի վրա
--	--	--	--	--	---

					ծրագրավորվող կոճակների, դիստալ հատվածում ինտեգրված բարձր լուծաչափով գունային մատրիցայի, պատկերի HD+ որակով փոխանցման առկայություն . Վիդեոբրոնխոսկոպ – 1 հատ Վիդեո պրոցեսորի համատեղելիության առկայություն, Դիտման ուղղությունը՝ ուղիղ դիտում, Դիտման անկյուն՝ առնվազն 120 աստիճան, Դիտման խորություն՝ առնվազն 3-100 մմ Դիստալ ծայրի տրամագիծը՝ ոչ ավել, քան 5,4 մմ, Տեղադրման խողովակի տրամագիծը՝ ոչ ավել, քան 5,2 մմ, Գործիքային ուղու տրամագիծը՝ առնվազն 2,0 մմ Աշխատանքային մասի թեքման անկյուն դեպի վերև՝ առնվազն 210 աստիճան Աշխատանքային մասի թեքման անկյուն դեպի ներքև՝ առնվազն 130 աստիճան Աշխատանքային մասի թեքման անկյուն դեպի ձախ՝ առնվազն 120 աստիճան Աշխատանքային մասի թեքման անկյուն դեպի աջ՝ առնվազն 120 աստիճան Աշխատանքային մասի երկարությունը՝ ոչ պակաս, քան 600 մմ Էնդոսկոպի բռնակի վրա
--	--	--	--	--	---

					ծրագրավորվող կոճակների, դիստալ հատվածում ինտեգրված բարձր լուծաչափով գունային մատրիցայի առկայություն Բժշկական նշանակության մոնիտոր - 1 հատ Մոնիտորի տեսկը՝ բժշկական նշանակության, 4K որակի պատկերավորման հնարավորության առկայություն Անկյունագիծը՝ առնվազն 32 դյույմ Կանգնակ - 1 հատ Տեղադրվող դարակների քանակը՝ ոչ պակաս, քան 4 հատ Յուրաքանչյուր դարակի բեռնվածքի հզորություն՝ ոչ պակաս, քան 50կգ Տեղադրված մոնիտորի կրիչով Վերին դարակի, ստեղնաշարի քաշվող դարակի, Էնդոսկոպի ճկուն կրկնակի կրիչի, ստենդի վրա տեղակայված վարդակների առկայություն . Հերմետիկության ստուգիչ- 1 հատ Արտահոսքի ստուգիչի տեսակը՝ ավտոմատ: Երաշխիք առնվազն 12 ամիս: Սարքը պետք է արտադրված լինի ոչ ուշ քան մատակարարումից առաջ 12 ամսվա ընթացքում: Տեղադրումը և երաշխիքային սպասարկումը սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից:
--	--	--	--	--	---

					Համապատասխան սերտիֆիկատների առկայություն՝ (CE կամ FDA սերտիֆիկատ)
--	--	--	--	--	---