

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/42 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	cobas® HPV Qualitative nucleic acid test for use on the cobas® 5800/6800/8800 systems	cobas	cobas® HPV	Roche Diagnostics	Ին վիտրո իրական ժամանակի ՊՇՌ թեստ՝ մարդու պապիլոմավիրուսի հայտնաբերման համար արգանդի պարանոցից վերցված նմուշներում Գենոտիպավորում - Թեստը հայտնաբերում է 14 բարձր ռիսկային HPV գենոտիպ (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 և 68), որոնցից 16 և 18 գենոտիպերը հայտնաբերվում և իդենտիֆիկացվում են առանձին, իսկ մնացած 12 բարձր ռիսկային գենոտիպերը հայտնաբերվում են առանց տարբերակման: Պատրաստի օգտագործման

					ռեագենտներ՝ դրական և բացասական հսկիչներ, կալիբրատորներ, նոսրացնող լուծույթ: Ռեագենտների և սպառվող նյութերի ծավալը՝ 480 թեստի համար: Ռեագենտների նախապատրաստում՝ նախապատրաստում՝ հալեցում, նոսրացում կամ լցնում, անհրաժեշտ չէ : Ռեագենտների պահման ջերմաստիճանը՝ 2-8°C: Կալիբրատորների և հսկիչ նյութերի պահման ջերմաստիճանը՝ 2-8°C Ռեագենտի հատուկ պահման պայմաններ՝ 2-8°C: Ռեագենտների կայունություն՝ բացելուց հետո 30 օր: Սարքի ներսում ռեագենտների կայունություն՝ 30 օր: Սարքի ներսում հսկիչ նյութի կայունություն՝ 30 օր: Թեստը ներառում է ամպերազ ֆերմենտ, որը թույլ է տալիս ամեն նոր թեստավորման գործընթացի՝ ամպլիֆիկացիայի սկզբնական փուլում ճեղքել և վերացնել նախորդ թեստավորումից մնացած բոլոր հնարավոր ամպլիկոնները: Թեստի արժեքի մեջ ներառված են թեստավորման համար անհրաժեշտ բոլոր լրացուցիչ ռեագենտները, այդ
--	--	--	--	--	---

					թվում՝ դրական և բացասական ստուգիչները, սարքի աշխատանքի և խնամքի համար անհրաժեշտ ծախսանյութերը (օրինակ՝ լիզիսի ռեագենտ, մագնիսական մասնիկներ՝ էքստրակցիայի համար, լվացման հեղուկներ և այլն), պարագաները (ծայրակալներ, ամպլիֆիկացիայի համար միկրոպլանշետներ, դրանք ծածկելու թաղանթներ և այլն), ինչպես նաև նմուշառման համար նախատեսված տրանսպորտային միջավայրերը: Լրակազմ և պարագաներ Բժշկական քսուկի վերցման հավաքածու՝ գինեկոլոգիական քսուկի հավաքածու՝ մեթանոլ պարունակող բուֆերային հեղուկով և խոզանակով: Հեղուկի մեթանոլի պարունակությունը՝ 30-55%: Նույն նմուշով հնարավոր է իրականացնել ինչպես ՊՇՌ, այնպես էլ հեղուկ ցիտոլոգիա (LBC): Հավաքածուն վալիդացված է պացիենտի ինքնուրույն նմուշառման դեպքում աշխատանքի համար: Մատակարարի կողմից անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրվում է մեկ անալիզատոր,
--	--	--	--	--	---

				կիրականացվի լիարժեք սպասարկում/կալիբրացում՝ պայմանագրի ժամկետի ընթացքում: Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Երաշխիքը 24 ամիս: Որակի վկայականներ (առկայություն) 1) FDA նախատեսված արգանդի վզիկի քաղցկեղի առաջնային սքրինինգային հետազոտության համար: 2) CE-IVD: ԱՀԿ-ի հաստատում՝ սկրինինգային կիրառման համար: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ, արտադրված ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում: Արտադրող ընկերության կողմից մատակարարի լիազորում՝ պարտադիր: Հայաստանում սպասարկող անձնակազմի առկայությունը՝ պարտադիր: Պետք է ապահովված լինի սերտիֆիկացված մասնագետների առկայությունը Հայաստանում:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 QL EQLQ12F-2025/42
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					