

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լուարտ ՍՊԸ-ն ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Լուարտ ՍՊԸ	Լուարտ ՍՊԸ	Լուարտ ՍՊԸ	Լուարտ ՍՊԸ	Բժշկական թթվածին /oxygen/ բալոններով: Բալոնում բժշկական թթվածնի պարունակությունը 93-97 %-ից ոչ պակաս, մթնոլորտային ճնշումը 150 atm, 40լ-ոց բալոններով, բալոնում թթվածնի ծավալը՝ ոչ պակաս 6 խմ: Հատկացված բալոնները և բալոնի փականները պետք է լինեն սարքին վիճակում, լինեն տեխնիկական զննում անցած, տեղափոխվեն մատակարարի հաշվին իր տրանսպորտային միջոցներով, լիցքավորվեն և ետ վերադարձվեն համապատասխան պահանջված

				օրերի ընթացքում: Համապատասխանեն ԳՕՍՏ 5583-78: Ապրանքը պետք է ունենա համապատասխան պետական կառույցի կողմից տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման հավաստագրի պատճեն: Արտադրող կազմակերպության / կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի/ կողմից տվյալ ապրանքի / ապրանքատեսակների խմբաքանակի/ համապատասխանության և / կամ / որակի հավաստագիրը: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 50 % մնացորդային ժամկետ:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Луарт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 1-204-ЕДХДНДР-25/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Луарт ООО	Луарт ООО	Луарт ООО	Луарт ООО	Медицинский кислород /кислород/ в баллонах. Содержание медицинского кислорода в баллоне не менее 93-97%, атмосферное давление 150 атм, в 40-литровых баллонах объем кислорода в баллоне не менее 6 куб. м. Выделенные баллоны и вентили баллонов должны быть исправны, прошли технический осмотр, перевозиться за счет поставщика собственным транспортом, заполняться и возвращаться в течение необходимого количества дней. Соответствовать ГОСТ

					5583-78. Продукция должна иметь копию сертификата контроля безопасности и качества продукции, выданного соответствующим государственным органом. Сертификат соответствия и/или/качества данной продукции/партии продукции, выданный организацией-изготовителем/или официальным представителем изготовителя. На момент поставки продукция должна иметь не менее 50% остаточного срока годности.
--	--	--	--	--	---