

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՄՀԱՐ ՍՊԸ-ն ԻԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Թվային Ստացիոնար Ուլտրաձայնային հետազոտման համակարգ 3 տվիչների /կոնվեքս, գծային, ներխոռոչային/ առկայությամբ՝ P25 Elite /SonoScape/ կամ HS50 /Samsung/ կամ SonoMax 9 /CHISON/	Թվային Ստացիոնար Ուլտրաձայնային հետազոտման համակարգ 3 տվիչների /կոնվեքս, գծային, ներխոռոչային/ առկայությամբ՝ P25 Elite /SonoScape/ կամ HS50 /Samsung/ կամ SonoMax 9 /CHISON/	Թվային Ստացիոնար Ուլտրաձայնային հետազոտման համակարգ 3 տվիչների /կոնվեքս, գծային, ներխոռոչային/ առկայությամբ՝ P25 Elite /SonoScape/ կամ HS50 /Samsung/ կամ SonoMax 9 /CHISON/	Թվային Ստացիոնար Ուլտրաձայնային հետազոտման համակարգ 3 տվիչների /կոնվեքս, գծային, ներխոռոչային/ առկայությամբ՝ P25 Elite /SonoScape/ կամ HS50 /Samsung/ կամ SonoMax 9 /CHISON/	Թվային Ուլտրաձայնային հետազոտման համակարգ Տեսակը՝ ամրակայված, Տվիչների ակտիվ պորտերի քանակ՝ ոչ պակաս, քան 4, Տվիչների միաբյուրեղային տեխնոլոգիայի առկայություն, Առնվազն հետևյալ տվիչների ապահովում. 1. Կոնվեքս մոնոկրիստալ կամ մատրիցային տվիչ. - հաճախականությունը՝ ոչ պակաս, քան 1.0-8.0 ՄՀց, - շառավիղը՝ ոչ պակաս, քան 50մմ, - Էլեմենտների քանակը՝ ոչ պակաս, քան 160: 2. Գծային մոնոկրիստալային կամ մատրիցային

					տվիչ. - հաճախականությունը՝ ոչ պակաս, քան 3.0-17.0 ՄՀց, - շառավիղը՝ ոչ պակաս, քան 50մմ, - էլեմենտների քանակը՝ ոչ պակաս, քան 256: 3. Ներխոռոչային տվիչ - հաճախականությունը՝ ոչ պակաս, քան 3.0-15.0 ՄՀց, - էլեմենտների քանակը՝ ոչ պակաս, քան 128: Մոնիտոր. - անկյունագիծը՝ ոչ պակաս, քան 21,5 դյույմ, - պիքսելները (կետայնությունը)՝ ոչ պակաս, քան 1920x1080, Էկրան. - Տեսակը՝ հպումային (Touch Screen), - անկյունագիծը՝ ոչ պակաս, քան 13,3 դյույմ, - պիքսելները (կետայնությունը)՝ ոչ պակաս, քան 1920x1080, Ընդունման (Փոխանցման/Հաղորդման) թվային վերամշակվող ալիքների քանակ՝ ոչ պակաս, քան 650.000 Սկանավորման տեսակը՝ առնվազն լայնաշերտ և մուլտիհաճախականության, Էխո-ազդանշանների մշակում՝ առնվազն զուգահեռ և քառալիքանի, Պատկերների մեծացում՝ սեգմենտար պատկերի հակապատկերում՝ աջ/ձախ և վերև/ներքև; Պատկերի պտույտ՝
--	--	--	--	--	---

					ագռնվազն 90°, 180°, 270° Կոշտ սկավառակի ծավալը՝ ոչ պակաս, քան 1 Տբ, Պահպանվող պատկերների քանակ՝ ոչ պակաս, քան 320000 և ոչ պակաս, քան՝ 40000 դինամիկ, Առնվազն հետևյալ ռեժիմների և ծրագրերի առկայություն՝ B, M, գունավոր դոպլեր, CW/PW Անընդհատ-ալիքային և Իմպուլս-ալիքային դոպլեր Էներգետիկ դոպլեր Հյուսվածքային դոպլեր Պոլսային ինվերսիոն հարմոնիկա, Հյուսվածքային հարմոնիկա Դուպլեքս, տրիպլեքս ռեժիմներ Անատոմիկական M ռեժիմ, գունավոր M ռեժիմ: Ազատ ձեռքով 3D ռեժիմի առկայություն, Պանորամիկ պատկերի ապահովման առկայություն, Էլաստոգրաֆիայի ապահովման առկայություն, B-ռեժիմ - Կադրերի հաճախականություն՝ ոչ պակաս, քան 1400 կադր/վ, - Հետազոտման խորություն՝ ոչ պակաս, քան 40 սմ, - Խոշորացում՝ ոչ պակաս, քան 10 անգամ, - Քարտեզների առկայություն՝ ոչ պակաս, քան 20, - Դինամիկ դիապազոնի միջակայքի
--	--	--	--	--	--

						ապահովում՝ առնվազն 20-300 դբ: Գունավոր դոպլեր/հյուսվածքային դոպլեր - Կադրերի հաճախականություն՝ ոչ պակաս, քան 160 կադր/վ, - Ավտոմատ ֆոկուսի և մեկ կոճակով կարգավորման առկայություն, - Ինվերսիայի առկայություն, - Պատի ֆիլտրերի դիապազոնի միջակայքի ապահովում՝ առնվազն 50-5700 Հց, - PRF հաճախականություն միջակայքի ապահովում՝ առնվազն 1-8 ԿՀց: CW/PW Անընդհատ- ալիքային և Իմպուլս-ալիքային դոպլեր - Տրիպլեքս ռեժիմի առկայություն, - Ավտոմատ անկյան կարգավորում՝ առնվազն 0°, 60°, -60°, - Ավտոմատ կարգավորման առկայություն - Անընդհատ ալիքային դոպլերի PRF հաճախականության միջակայքի ապահովում՝ առնվազն 1-50ԿՀց, - Անընդհատ ալիքային դոպլերի արագությունների գրանցման սանդղակ՝ առնվազն 0,1-42մ/վ - Իմպուլս ալիքային դոպլերի դիրքի և ծավալի կարգավորման միջակայքի ապահովում՝ առնվազն 0.5 - 24մմ, - իմպուլս-ալիքային դոպլերի (PW)
--	--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ЭМАР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом RF-EM-12F-25/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					համար PRF հաճախականություն՝ առնվազն 1-16ԿՀց, HPRF, - իմպուլս-ալիքային դոպլերի (PW) համար արագությունների գրանցման սանդղակ՝ առնվազն 0,4-10մ/վ: Օգտագործման բնագավառ /չափումներ, հաշվարկներ՝ Հիմնական չափումներ, Որովային, Սիրտ, Սիրունեք, Ուրոլոգիա, Էլեկտրոկարդիոգրաֆիա, Մանկաբարձություն, Դոպլեր սիրտ, Ոսկրային հետազոտումներ, Կոնտրաստ, Կախանագեղծ, Շագանակագեղծ, Մակերեսային օրգաններ Ստատիկ և Դինամիկ պատկերների արխիվացիայի ծայնագրման հնարավորություն՝ ապահովելով առնվազն 3 տարբեր ֆորմատներ. - կոշտ սկավառակի վրա - DVD/CD-RW սկավառակի վրա - USB Flash Drive վրա Արտաքին աշխատանքային կայանում ավտոմատ արխիվացման առկայություն Սարքում հետևյալ ծրագրային փաթեթների առկայություն՝ Auto NT կամ համարժեք Auto IMT կամ համարժեք Էլեկտրաէներգիայի սնուցումը ՝ 220Վ / 50Հց Սարքը պետք է համալրված լինի. - Առցանց տեսակի
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар		Դոպլեր սիրտ, Ոսկրային հետազոտումներ, Կոնտրաստ, Կախանագեղծ, Շագանակագեղծ,
			марка	наименование производителя	Մակերեսային օրգաններ Ստատիկ և Դինամիկ պատկերների
1					արխիվացիայի ծայնագրման հնարավորություն՝ ապահովելով առնվազն 3 տարբեր ֆորմատներ. - կոշտ սկավառակի վրա - DVD/CD-RW սկավառակի վրա - USB Flash Drive վրա Արտաքին աշխատանքային կայանում ավտոմատ արխիվացման առկայություն Սարքում հետևյալ ծրագրային փաթեթների առկայություն՝ Auto NT կամ համարժեք Auto IMT կամ համարժեք Էլեկտրաէներգիայի սնուցումը ՝ 220Վ / 50Հց Սարքը պետք է համալրված լինի. - Առցանց տեսակի

					անխափան սնուցման համակարգի առկայություն՝ առաջարկվող սարքի հզորությանը համապատասխան: -Սև/Սպիտակ թերմալ 1 տպիչի առկայություն՝ համապատասխան 5 տուփ թերմալ թղթերով: . Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա հետևյալ ուղեկցող փաստաթղթերը՝ - Որակը հավաստող CE (Conformité Européenne) կամ FDA (Food and Drug Administration) և ISO 13485: Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Երաշխիքը 12 ամիս:
--	--	--	--	--	---