

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐԵԳ ԱՂԱՄՅԱՆ ՄԱՆՎԵԼԻ Ա/Զ-ն ՏՄ ԻԶ ԱԱՊԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Мед ТеКо	Мед ТеКо УЗТ 1.3.02Ф	УЗТ 1.3.02Ф	Мед ТеКо	ճառագայթիչի շփման վերահսկում հիվանդի մարմնի հետ՝ գործընթացի ճիշտ իրականացման համար , ճառագայթիչի գերտաքացումից պաշտպանություն, որն ապահովում է օգտագործման անվտանգությունը , ուլտրաձայնային ճառագայթման առկայության լույսային ինդիկացիա , բազմհաճախականությամբ օժտված ճառագայթիչ Աշխատանքային ռեժիմը՝ շարունակական, իմպուլսային Աշխատանքային հաճախականությունը՝ 0.88 / 2.64 ՄՀց Իմպուլսների

					հաջորդականության հաճախականությունը՝ 50 Հց Ճառագայթիչների քանակը՝ 2 Ուլտրաձայնային թերապիայի իմպուլսների տևողությունը իմպուլսային ռեժիմում՝ 2 / 4 / 10 Ազդեցության արդյունավետ ինտենսիվությունը՝ 0.05 / 0.1 / 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.5 / 0.6 / 0.7 / 0.8 / 0.9 / 1.0 Վտ/սմ² Աշխատանքային ռեժիմի կարգաբերման ժամանակը՝ 30վ Աշխատանքի ժամանակը շարունակական ռեժիմում 6ժ Տայմերի կարգավորման տիրույթը՝ 1-30ր միջակայքում Սարքի կառավարումը Էլեկտրամեխանիկական Չափերը (ԵxԼxԲ)՝ 260x218.5x108.5մմ Ճառագայթիչների չափերը՝ 150x86x40մմ Աշխատանքային լարումը՝ 220Վ, 50 Հց Սարքի սպառած հզորությունը՝ 45 Վ*Ա Սարքավորումը նոր, չօգտագործված Երաշխիքը 24 ամիս:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП АРЕГ АГАМЯН МАНВЕЛИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом SU ԻՋ ՍՍՊԿ-ԷՍՃՍՊՁԲ-2025/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					