

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Նանե Հարությունյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/138 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	SKITEK	SKITEK	BSC-IIA2-1100	Scitek Global Co., Ltd.	BSL class 2 A2 կենսաբանական անվտանգության պահարան (0.9 մ լայնությամբ մոդել) Ընդհանուր բնութագրեր · Աշխատանքային խցիկի լայնությունը՝ 0.9 մ · HEPA ֆիլտրերի առկայություն · Չժանգոտվող պողպատից (AISI 304) աշխատանքային մակերես · Էլեկտրական կառավարվող ճակատային պատուհան՝ մատի հպումով Կառավարելի · Բարձրության կարգավորմամբ կանգնակ · Պատրաստված համաձայն EN 12469 անվտանգության ստանդարտի ·

Ներքին մաքրության մակարդակը՝
 ISO 3 (ըստ ISO14644-1) ·
 Շրջանառվող և արտանետվող օդի
 հարաբերակցությունը՝ 70/30% Օդի
 հոսքի համակարգ · Լամինար հոսքի
 արագությունը՝ 0.38 ± 0.02 մ/վ ·
 Ներհոսող օդի արագությունը՝ 0.58
 մ/վ $\pm 10\%$ · Արտանետվող օդի
 ծավալը՝ 355 մ³/ժ · Օդի հոսքի
 առավելագույն կայունություն՝
 ֆիլտրերի աստիճանական
 խցանման դեպքում Մեխանիկական
 բնութագրեր · Արտաքին չափսեր (Լ x
 պ x բ, մմ)՝ , 1050 x 780 x 2130 ·
 Աշխատանքային գոտու չափսեր (Լ x
 պ x բ, մմ)՝ 950 x 626 x 700 ·
 Ճակատային բացման բարձրություն
 (մմ)՝ 210 · Քաշ (կգ)՝ 211 · Արտաքին
 կորպուս՝ պողպատ՝
 բակտերիոստատիկ էպոքսիդային
 փոշով ներկված · Ներքին
 մակերեսներ՝ չժանգոտվող պողպատ
 AISI 304՝ SB հարդարմամբ ·
 Աշխատանքային մակերես՝
 բաժանված 30 սմ հատվածների՝
 հեշտ ավտոկլավացման համար ·
 Կարգավորվող բարձրությամբ
 կանգնակ · ՈԻՄ լամպ ՈւՆԻ
 ժամանակակից

					միկրոպրոցեսորային կառավարման համակարգ, որն իր մեջ ներառում է մեծ LCD գրաֆիկական էկրան, ավտոմատ կառավարման համակարգ օդի հոսքի ծավալների համար, HEPA ֆիլտրերի կենսափուլի մշտական մոնիտորինգ, բազմամակարդակ ազդանշաններ՝ կրկնվող գործառնություններով, օդի հոսքի մոնիտորինգ՝ օպերատորի անվտանգության ապահովման համար, էլեկտրամատակարարման անջատման ազդանշան, արտանետվող օդի օդափոխիչի հեռահար մոնիտորինգ, էլեկտրամատակարարման անջատման դեպքում նախնական պայմանների ավտոմատ վերականգնում անվտանգության համակարգեր · Անվտանգության էլեկտրականորեն կառավարվող ապակե պատուհան · 5° թեքությամբ ճակատային դիզայն՝ առավելագույն օպերացիոն հարմարավետության համար · Տեսանելի HEPA ֆիլտրի դիրք՝ հեշտ ստուգման համար · H14 դասի բարձր արդյունավետության մասնիկային ֆիլտրեր (99.999% արդյունավետություն 0.3 մկմ
--	--	--	--	--	---

մասնիկների նկատմամբ, $\geq 99.9995\%$ արդյունավետություն
 0.1-0.2 մկմ մասնիկների նկատմամբ
 (MPPS, EN1822-1 ստանդարտ))
 Էլեկտրական բնութագրեր · Շարժիչ՝
 Միկրոպրոցեսորով կառավարվող
 ցենտրիֆուգային փչակ, IP55
 պաշտպանվածությամբ ·
 Էլեկտրամատակարարում՝ 230V
 50/60Hz Հզորություն (Վտ)՝ 300
 (Փչակ և լուսավորություն) ·
 Աշխատանքային տարածքի
 լուսավորություն – 1000 լյուքս ·
 Ձայնային ճնշման մակարդակ՝ ≤ 58
 դԲ(A) · Աշխատանքային խցիկում 2
 վարդակների առկայություն
 Սարքավորման տեղափոխումը, այդ
 թվում շենքի ներսում, ընդհուպ
 մինչև տեղադրման համար
 նախատեսված սենյակը, կկատարվի
 մատակարարի ուժերով
 Սարքավորման տեղադրումը,
 կարգաբերումը և անձնակազմի
 ուսուցումը կիրականացվի
 արտադրողի կողմից
 սերտիֆիկացված մասնագետի
 կողմից Մատակարարը ունի
 սպասարկման ծառայություն և
 կապահովի սարքի 1 տարվա

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

երաշխիքային սպասարկում
Ապրանքը նոր է, չօգտագործված եւ
չի պարունակում օգտագործած,
վնասված կամ կիսամաշ դետալներ:
Մատակարարումից առաջ
կհամաձայնեցվի պատվիրատուի
հետ: Մատակարարումը
կիրականացվի պատշաճ
պայմաններում: Երաշխիք 1 տարի

И/О лица, зарегистрированного в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕПЗ-ЕУХД.02Е-257138 ниже
представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	SKITEK	SKITEK	BSC-IIA2-1100	Scitek Global Co., Ltd.	BSL class 2 A2 կենսաբանական անվտանգության պահարան (0.9 մ լայնությամբ մոդել) Ընդհանուր բնութագրեր · Աշխատանքային խցիկի լայնությունը՝ 0.9 մ · HEPA ֆիլտրերի առկայություն · Զժանգոտվող պողպատից (AISI 304) աշխատանքային մակերես · Էլեկտրական կառավարվող ճակատային պատուհան՝ մատի հպումով Կառավարելի · Բարձրության կարգավորմամբ կանգնակ · Պատրաստված համաձայն EN 12469 անվտանգության ստանդարտի ·

Ներքին մաքրության մակարդակը՝
 ISO 3 (ըստ ISO14644-1) ·
 Շրջանառվող և արտանետվող օդի
 հարաբերակցությունը՝ 70/30% Օդի
 հոսքի համակարգ · Լամինար հոսքի
 արագությունը՝ 0.38 ± 0.02 մ/վ ·
 Ներհոսող օդի արագությունը՝ 0.58
 մ/վ $\pm 10\%$ · Արտանետվող օդի
 ծավալը՝ 355 մ³/ժ · Օդի հոսքի
 առավելագույն կայունություն՝
 ֆիլտրերի աստիճանական
 խցանման դեպքում Մեխանիկական
 բնութագրեր · Արտաքին չափսեր (Լ x
 պ x բ, մմ)՝ , 1050 x 780 x 2130 ·
 Աշխատանքային գոտու չափսեր (Լ x
 պ x բ, մմ)՝ 950 x 626 x 700 ·
 Ճակատային բացման բարձրություն
 (մմ)՝ 210 · Քաշ (կգ)՝ 211 · Արտաքին
 կորպուս՝ պողպատ՝
 բակտերիոստատիկ էպոքսիդային
 փոշով ներկված · Ներքին
 մակերեսներ՝ չժանգոտվող պողպատ
 AISI 304՝ SB հարդարմամբ ·
 Աշխատանքային մակերես՝
 բաժանված 30 սմ հատվածների՝
 հեշտ ավտոկլավացման համար ·
 Կարգավորվող բարձրությամբ
 կանգնակ · ՈԻՄ լամպ ՈւՆԻ
 ժամանակակից

					միկրոպրոցեսորային կառավարման համակարգ, որն իր մեջ ներառում է մեծ LCD գրաֆիկական էկրան, ավտոմատ կառավարման համակարգ օդի հոսքի ծավալների համար, HEPA ֆիլտրերի կենսափուլի մշտական մոնիտորինգ, բազմամակարդակ ազդանշաններ՝ կրկնվող գործառնություններով, օդի հոսքի մոնիտորինգ՝ օպերատորի անվտանգության ապահովման համար, էլեկտրամատակարարման անջատման ազդանշան, արտանետվող օդի օդափոխիչի հեռահար մոնիտորինգ, էլեկտրամատակարարման անջատման դեպքում նախնական պայմանների ավտոմատ վերականգնում անվտանգության համակարգեր · Անվտանգության էլեկտրականորեն կառավարվող ապակե պատուհան · 5° թեքությամբ ճակատային դիզայն՝ առավելագույն օպերացիոն հարմարավետության համար · Տեսանելի HEPA ֆիլտրի դիրք՝ հեշտ ստուգման համար · H14 դասի բարձր արդյունավետության մասնիկային ֆիլտրեր (99.999% արդյունավետություն 0.3 մկմ
--	--	--	--	--	---

					մասնիկների նկատմամբ, $\geq 99.9995\%$ արդյունավետություն 0.1-0.2 մկմ մասնիկների նկատմամբ (MPPS, EN1822-1 ստանդարտ)) Էլեկտրական բնութագրեր · Շարժիչ՝ Միկրոպրոցեսորով կառավարվող ցենտրիֆուգային փչակ, IP55 պաշտպանվածությամբ · Էլեկտրամատակարարում՝ 230V 50/60Hz Հզորություն (Վտ)՝ 300 (Փչակ և լուսավորություն) · Աշխատանքային տարածքի լուսավորություն – 1000 լյուքս · Ձայնային ճնշման մակարդակ՝ ≤ 58 դԲ(A) · Աշխատանքային խցիկում 2 վարդակների առկայություն Սարքավորման տեղափոխումը, այդ թվում շենքի ներսում, ընդհուպ մինչև տեղադրման համար նախատեսված սենյակը, կկատարվի մատակարարի ուժերով Սարքավորման տեղադրումը, կարգաբերումը և անձնակազմի ուսուցումը կիրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից Մատակարարը ունի սպասարկման ծառայություն և կապահովի սարքի 1 տարվա
--	--	--	--	--	---

					Երաշխիքային սպասարկում Ապրանքը նոր է, չօգտագործված եւ չի պարունակում օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ կհամաձայնեցվի պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը կիրականացվի պատշաճ պայմաններում: Երաշխիք 1 տարի
--	--	--	--	--	--