

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/138 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	Safemate Prime	Safemate	Safemate Prime 0.9	BioAir	BSL class 2 A2 կենսաբանական անվտանգության պահարան (0.9 մ լայնությամբ մոդել) Ընդհանուր բնութագրեր · Աշխատանքային խցիկի լայնությունը՝ 0.9 մ · HEPA ֆիլտրերի առկայություն · Չժանգոտվող պողպատից (AISI 304) աշխատանքային մակերես · Էլեկտրական կառավարվող ճակատային պատուհան՝ մատի հպումով Կառավարելի · Բարձրության կարգավորմամբ կանգնակ · Պատրաստված համաձայն EN 12469 անվտանգության ստանդարտի ·

						Ներքին մաքրության մակարդակը՝ ISO 3 (ըստ ISO14644-1) · Շրջանառվող և արտանետվող օդի հարաբերակցությունը՝ 70/30% Օդի հոսքի համակարգ · Լամինար հոսքի արագությունը՝ 0.38 ± 0.02 մ/վ · Ներհոսող օդի արագությունը՝ 0.58 մ/վ $\pm 10\%$ · Արտանետվող օդի ծավալը՝ ≈ 300 մ³/ժ · Օդի հոսքի առավելագույն կայունություն՝ ֆիլտրերի աստիճանական խցանման դեպքում Մեխանիկական բնութագրեր · Արտաքին չափսեր (Լ x պ x բ, մմ)՝ 1074 x 795 x 1450 · Աշխատանքային գոտու չափսեր (Լ x պ x բ, մմ)՝ 924 x 600 x 700 · Ճակատային բացման բարձրություն (մմ)՝ 210 · Քաշ (կգ)՝ 206 · Արտաքին կորպուս՝ պողպատ՝ բակտերիոստատիկ էպոքսիդային փոշով ներկված · Ներքին մակերեսներ՝ չժանգոտվող պողպատ AISI 304՝ SB հարդարմամբ · Աշխատանքային մակերես՝ բաժանված 30 սմ հատվածների՝ հեշտ ավտոկլավացման համար · Կարգավորվող բարձրությամբ կանգնակ · ՈԻՄ լամպ ՈւՆԻ ժամանակակից
--	--	--	--	--	--	--

					միկրոպրոցեսորային կառավարման համակարգ, որն իր մեջ ներառում է մեծ LCD գրաֆիկական էկրան, ավտոմատ կառավարման համակարգ օդի հոսքի ծավալների համար, HEPA ֆիլտրերի կենսափուլի մշտական մոնիտորինգ, բազմամակարդակ ազդանշաններ՝ կրկնվող գործառնություններով, օդի հոսքի մոնիտորինգ՝ օպերատորի անվտանգության ապահովման համար, էլեկտրամատակարարման անջատման ազդանշան, արտանետվող օդի օդափոխիչի հեռահար մոնիտորինգ, էլեկտրամատակարարման անջատման դեպքում նախնական պայմանների ավտոմատ վերականգնում Անվտանգության համակարգեր · Անվտանգության էլեկտրականորեն կառավարվող ապակե պատուհան · 5° թեքությամբ ճակատային դիզայն՝ առավելագույն օպերացիոն հարմարավետության համար · Տեսանելի HEPA ֆիլտրի դիրք՝ հեշտ ստուգման համար · H14 դասի բարձր արդյունավետության մասնիկային ֆիլտրեր (99.999% արդյունավետություն 0.3 մկմ
--	--	--	--	--	---

					մասնիկների նկատմամբ, $\geq 99.995\%$ արդյունավետություն 0.1-0.2 մկմ մասնիկների նկատմամբ (MPPS, EN1822-1 ստանդարտ)) Էլեկտրական բնութագրեր · Շարժիչ՝ Միկրոպրոցեսորով կառավարվող ցենտրիֆուգային փչակ, IP55 պաշտպանվածությամբ · Էլեկտրամատակարարում՝ 230V 50/60Hz Հզորություն (Վտ)՝ առնվազն 300 (Փչակ և լուսավորություն) · Աշխատանքային տարածքի լուսավորություն -առնվազն 1000 լյուքս · Ջայնային ճնշման մակարդակ՝ ≤ 58 դԲ(A) · Աշխատանքային խցիկում առնվազն 2 վարդակների առկայություն Սարքավորման տեղափոխումը, այդ թվում շենքի ներսում, ընդհուպ մինչև տեղադրման համար նախատեսված սենյակը, պետք է կատարվի մատակարարի ուժերով Սարքավորման տեղադրումը, կարգաբերումը և անձնակազմի ուսուցումը պետք է իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից Մատակարարը պետք է ունենա սպասարկման ծառայություն
--	--	--	--	--	--

					և ապահովի սարքի առնվազն 1 տարվա երաշխիքային սպասարկում Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը կատարվում է ըստ հետևյալ հրավերի տեխնիկական պայմանագրի հիման վրա: Ստորագրվում է հետևյալ կոդով՝ ԵԱՀԿ-ԴԲ-25/138 նախատեսված ձևով:
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕАՀ-ԵԱՀԿ-ԴԲ-25/138 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		պայմաններում: Երաշխիք 1 տարի
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Գնալիս ներմուծողն արանց ԱԶՀ-ի տեխնիկական հատկությունները, քանի որ մրցույթը իրականացվում է ըստ հետևյալ հրավերի տեխնիկական պայմանագրի հիման վրա:
10					Է Appear project 373 Armenia
					ծրագրի շրջանակներում, որը ազատված է ԱԶՀ-ից: Տես կից փաստաթուղթը