

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-21-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
23	V-18 ուղղորդիչ	-	Բոստոն Սայենտիֆիկ	<p>Ուղղորդիչ լարի պահանջվող տրամագիծը՝ 0,018 դյույմ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ուղղորդիչ լարի պահանջվող երկարությունները՝ 110 սմ, 150 սմ, 182սմ, 200 սմ, 300 սմ: Միջուկի նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ: Ծածկույթը՝պոլիմերային հիդրոֆիլ: Ռենտգենկոնտրաստ՝ դիստալ հատվածում, տեֆլոնային(PTFE)՝ պրոքսիմալ հատվածում: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ուղղորդիչ լարի ծայրի պահանջվող կոշտությունը՝3գ, 6գ, 8գ: Ծայրի ձևը՝ ձևավորված դիստալ հատված՝ 2 սմ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ճկուն ծայրի երկարությունը՝ 8սմ, 11սմ, 12սմ: Ուղղորդիչ լարի ծայրը</p>

				<p>հնարավոր է մոդելավորել: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է:</p> <p>Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2025/16-21-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
23	V-18 ուղղորդիչ	-	Բոստոն Սայենսիֆիկ	Ուղղորդիչ լարի պահանջվող տրամագիծը՝ 0,018 դյույմ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ուղղորդիչ լարի պահանջվող երկարությունները՝ 110 սմ, 150 սմ, 182սմ, 200 սմ, 300 սմ: Միջուկի նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ: Ծածկույթը՝պոլիմերային հիդրոֆիլ: Ռենտգենկոնտրաստ՝ դիստալ հատվածում, տեֆլոնային(PTFE)՝ պրոքսիմալ հատվածում: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ուղղորդիչ լարի ծայրի պահանջվող կոշտությունը՝3գ, 6գ, 8գ: Ծայրի ձևը՝ ձևավորված դիստալ հատված՝ 2 սմ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ճկուն ծայրի երկարությունը՝ 8սմ, 11սմ, 12սմ: Ուղղորդիչ լարի ծայրը

				<p>հնարավոր է մոդելավորել: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է:</p> <p>Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն</p>
--	--	--	--	---