

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԼԵՅԱ ՄԵԴ» ՍՊԸ -ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-21-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	Atropos SC , Hermes NC, Minerva SC , Achilles NC , Castor NC , Polux SC	Պերիֆերիալ դիլատացիոն կաթետեր` 0,035", 0.018", 0.014" ուղղորդիչ լարերի համակարգով"-Atropos SC , Hermes NC, Minerva SC , Achilles NC , Castor NC , Polux SC	BROSMED Medical co.LTD	Դիլատացիոն կաթետեր` ընդլայնվող գնդանոթով և չնդլայնվող գնդանոթով, կախված ցուցումից, պերիֆերիալ անոթների համար: Կաթետերի երկարությունը 70սմ-ից 150սմ սահմաններում: Մուտքի ծայրի տրամագիծը ոչ ավել` 0,035" ուղղորդիչի դեպքում 0,038", 0.018" ուղղորդիչի դեպքում` 0,020", 0.014" ուղղորդիչի դեպքում` 0,017": Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծի չափից կաթետերի պահանջվող չափերն են ըստ երկարության` 0,035" ուղղորդիչի դեպքում 20-200մմ սահմաններում ընդլայնվող գնդանոթի պարագայում և 20-150մմ սահմաններում, չընդլայնվող գնդանոթի պարագայում: 0.018" ուղղորդիչի դեպքում 5-200մմ սահմաններում ընդլայնվող գնդանոթի պարագայում և 10-150մմ սահմաններում չընդլայնվող գնդանոթի պարագայում:

				<p>0.014" ուղղորդիչի դեպքում 5-200մմ սահմաններում ընդլայնվող գնդանոթի պարագայում և 1,5-6մմ սահմաններում չընդլայնվող գնդանոթի պարագայում: Նոմինալ ճնշումը ոչ պակաս 6 ատմ., մաքսիմալ ճնշումը ոչ պակաս 14 ատմ. ընդլայնվող գնդանոթի պարագայում: Նոմինալ ճնշումը ոչ պակաս 12 ատմ., մաքսիմալ ճնշումը ոչ պակաս 22 ատմ. կախված տրամագծից չընդլայնվող գնդանոթի պարագայում: Կախված անոթի վնասված մասի չափից կաթետերի պահանջվող չափերն են ըստ տրամագծի՝ 0,035" ուղղորդիչի դեպքում 3-10մմ սահմաններում երկու դեպքում էլ (ընդլայնվող և չընդլայնվող կաթետենների դեպքում), 0.018" ուղղորդիչի դեպքում 3-10մմ սահմաններում ընդլայնվող գնդանոթի պարագայում, և 2-8մմ սահմաններում՝ չընդլայնվող գնդանոթի պարագայում, 0.014" ուղղորդիչի դեպքում՝ 1,5-6մմ սահմաններում ընդլայնվող գնդանոթի պարագայում և 2-7մմ սահմաններում՝ չընդլայնվող գնդանոթի պարագայում: Բոլոր չափսերի թույլատրելի տատանումը <math>\pm 1\%</math>: Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ЛЕЯ МЕД в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2025/16-21-ЕПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
14				