

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/160 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	Минимед	21000802	21000802	Минимед	ԷՆԱ որոշելու սարք Սարքը նախատեսված է կլինիկական լաբորատորիաներում կայունացված արյան նստեցման ժամանակ էրիթրոցիտների նստեցման արագությունը որոշելու համար: Հավաքածուն ներառում է շտատիվ ԷՆԱ որոշելու համար PR-3` 1 հատ, ռետինե խցան ` 20 հատ, Պանչենկովի պիպետներ PS/SOE-0.1 - 20 հատ. : Շտատիվը պետք է պատրաստված լինի պոլիստիրոլից և դիմացկուն լինի ախտահանիչների նկատմամբ: Սպիտակ Էկրանը հեշտացնում է արյան կարմիր

				բջիջների մակարդակի որոշումը: Շտատիվի հիմքն ունի 20 անցք՝ 10-ական յուրաքանչյուր կողմից, որոնց մեջ տեղադրվում են ռետինե խցաններ՝ մատնանշված կենտրոնով՝ պիպետի ստորին ծայրը տեղադրելու համար: Շտատիվի վարդակները համարակալված են 1-ից մինչև 20: Շտատիվի վերին թիթեղն ունի վարդակներ պիպետիների վերին ծայրը տեղադրելու համար: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/160 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	Минимед	21000802	21000802	Минимед	ԷՆԱ որոշելու սարք Սարքը նախատեսված է կլինիկական լաբորատորիաներում կայունացված արյան նստեցման ժամանակ էրիթրոցիտների նստեցման արագությունը որոշելու համար: Հավաքածուն ներառում է շտատիվ ԷՆԱ որոշելու համար PR-3` 1 հատ, ռետինե խցան ` 20 հատ, Պանչենկովի պիպետներ PS/SOE-0.1 - 20 հատ. : Շտատիվը պետք է պատրաստված լինի պոլիստիրոլից և դիմացկուն լինի ախտահանիչների նկատմամբ: Սպիտակ Էկրանը հեշտացնում է արյան կարմիր

				բջիջների մակարդակի որոշումը: Շտատիվի հիմքն ունի 20 անցք՝ 10-ական յուրաքանչյուր կողմից, որոնց մեջ տեղադրվում են ռետինե խցաններ՝ մատնանշված կենտրոնով՝ պիպետի ստորին ծայրը տեղադրելու համար: Շտատիվի վարդակները համարակալված են 1-ից մինչև 20: Շտատիվի վերին թիթեղն ունի վարդակներ պիպետիների վերին ծայրը տեղադրելու համար: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
--	--	--	--	---