

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՄՀԱՐ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Դեֆիբրիլյատոր մոնիտորով	Դեֆիբրիլյատոր մոնիտորով	Դեֆիբրիլյատոր մոնիտորով	Դեֆիբրիլյատոր մոնիտորով	Ամբողջական դեֆիբրիլիատոր- մոնիտոր նախատեսված սրտային խնդիրների անհետաձգելի օգնության համար , մշակված է բավարարելու բազային վերականգնողական ծառայության և ընդլայնված վերականգնողական ծառայության հիվանդների պրոտոկոլներին: Մոնիտորը հնարվություն ունի իրականացնելու դեֆիբրիլիացիան MANUAL, ADVISORY կամ AED ռեժիմներում: Չափերը ոչ ավել քան` 370 x 245 x 345 mm Քաշը ոչ ավել քան ` 5,6 կգ / Ներառյալ մարտկոցները / Սնուցումը

					AC 100-240 VAC, 50/60 Hz, 12V փոխակերպիչ ավտոմեքենայի համար /հնարավորություն/ : Լիցքավորվող մարտոց 15.0 V - 3.2 Ah Lithium-ion Լիցքավորված մարտկոցով օգտագործման ժամանկը առնվազն 5 ժամ Մարտկոցի լիցքավորման ժամանակը ոչ ավել 3 ժամ Առնվազն 150 դեֆիբրիլիացման 230Ջ ուժով ամբողջությամբ լիցքավորված մարտկոցով Ձայնային և տեքստային բազմալեզու ծրագրի առկայություն Հիշողությունը առնվազն 4գբթ, 300 ժամ ԷՍԳ տվյալ, իրադարձություն և օգտագործման ընթացքում իրականացված գործողությունների պահպանում Պահպանված իրադարձությունների /events / դիտում և տպագրում Մեկուսացումը ԷՍԳ տեսակը CF, դեֆիբրիլիացիայի տեսակը BF Ջրակայունության աստիճանը Class IPX4 Դեֆիբրիլիացում Երկփուլային կրճատված էքսպոնենցիալ (BTE), HiCAP տեխնոլոգիա (մեծ կուտակիչ կոնդենսատոր) Դիմադրողականություն
--	--	--	--	--	--

					կոնպենսացվող , միջակայքը ոչ ավել 25-200 օհմ Վերալիցքավորում` առնվազն 6վ 230ջ AED ռեժիմ Ֆիքսված ուժ առնվազն 200ջ Կիրառվող պրոտոկոլը առնվազն` ERC 2015 սիրտ-թոքային վերակենդանացման ուղեցույցներ` ձայնային և տեքստային հուշումներով Շոկային ռեժիմները` VF ամպլիդուտը » 0.15 mV և VT ռիթմը »150 bpm Չգայունությունը` Շոկային ռիթմ-VF » 95%, Շոկային ռիթմ - VT » 75% Սպեցիֆիկությունը` Համաձայն ERC 2015-ի, Նորմալ սինուսոիդալ ռիթմ » 99%, Ասիստոլիա և այլ ոչ շոկային ռիթմեր » 95% Manual ռեժիմ Առնվազն 1 - 230 Ջ (1-10 Ջ-ից 1 Ջ քայլով; 10-ից 230 Ջ-ից 10 Ջ քայլով) Հրահանգներ` Բազմաֆունկցիոնալ կարգավորման կոճակ: Լիցքավորման և հարվածային կոճակ անմիջապես առջևի վահանակում` ձեռքերը ազատ դեֆիբրիլյացիայի համար Գործարկման ռեժիմ` ԷՍԳ «R» ալիքի սինխրոն կամ ասինխրոն ռեժիմ Էկրանը` Բարձր կոնտրաստային TFT գունավոր LCD առնվազն 7 դյույմ (800X480 կետ) Ցուցադրման ռեժիմ`
--	--	--	--	--	---

						Կարող է ընտրվել 3, 6, 12 ԷՍԳ ուղիներ ԷՍԳ մոնիտորինգ Թողունակությունը առնվազն՝ 0.5 - 120 Հց (-3 դԲ) ֆիլտրերը անջատած վիճակում CMRR » 95 դԲ Մուտքային դիմադրողականություն՝ » 20 Մոհմ Մուտքը՝ Հիվանդի մալուխ առնվազն 5 արտածումով (I, II, III, aVL, aVF, aVR, V) - ստանդարտ Ուժեղացում առնվազն՝ 2,5, 5, 10, 20, 40 մմ/մվ հիվանդի մալուխով: Ավտոմատ՝ պնակներով Արագություն առնվազն՝ 5, 10, 25, 50 մմ/վ Չտիչներ ոչ պակաս՝ 550/60 Հց, ԷՍԳ ֆիլտր, բազային գիծ Մոնիտորինգի ռեժիմում թողունակությունը առնվազն՝ 0.6 - 40 Hz (-3 db) Դիագնոստիկ ռեժիմում թողունակությունը առնվազն՝ 0.05 - 120 Hz (-3 db) Սրտի զարկեր առնվազն՝ 20 - 300 զ/ր (~ 2%), թվային ցուցմունք Էկրանին Ազդանշան ՝ Սրտի առավելագույն զարկերը՝ կարգավորվող 250 զ/ր, սրտի նվազագույն զարկ 20 զ/ր Ներկառուցված տպիչ ՝ Ինտեգրված ջերմային առնվազն 3 ալիքային տպիչ՝ ԷՍԳ հետքերի և իրադարձությունների
--	--	--	--	--	--	---

			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара		փաստաթղթավորման համար, ներառյալ սրտի բաբախի/SpO2/NIBP արժեքները / SpO2/NIBP հնարավորություն/ Թղթի արագությունը նվազագույնը՝ 5, 10, 25, 50 մմ/վ Գործարկման ռեժիմները առնվազն ՝ Ձեռքով, ավտոմատ (10 դյույմանոց նախնական և հետիարվածային ճակագրություն) ԱՄՆ ԿԸԳ ԿԸԳ-2025/19-ի նիժե Արտեսուհարներ Պայուսակի առկայություն Տեղադրման
ЭМАР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом <code>UCCOB-EG&Q-2025/19</code> ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		տեխնիկական մարտիչ ECG մարտիչ
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики առնվազն 5 արտածման համար
2					Տախչի թղթի առկայություն առնվազն՝ 10 հատ Սարքը պետք է համապատասխանի ՝ IEC 60601-2-4; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2, ANSI/AAMI 60601-2-4; ANSI/AAMI 60601-1; ANSI/AAMI 60601-1-2 ստանդարտներին CE Mark EEC 93/42 • Medical device, Class IIb Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված, երաշխիքային ժամկետը առնվազն՝ 1 տարի: