

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-83/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
14	FLUKE 179 կամ համարժեքը CEM DT-9987 կամ համարժեքը KLEIN TOOLS MM450 արտադրող: Տեխնիկական բնութագրերը; հաստատուն լարման սխալանքը. $\pm(1,0\%+3)$ 0.1մՎ քայլով և առավելագույնը -1000Վ, փոփոխական լարման սխալանքը $\pm(0,09\%+2)$ 0.1մՎ քայլով և առավելագույնը 1000Վ, հաստատուն հոսանքի սխալանքը $\pm(1,0\%+3)$, 0.01մԱ քայլով և առավելագույնը -10Ա., փոփոխական հոսանքի սխալանքը $\pm(1,5\%+3)$, 0.01մԱ. քայլով և առավելագույնը -10Ա, դիմադրության սխալանքը $\pm(0,9\%+1)$ 0.1Օհմ քայլով և առավելագույնը 50ՄՕհմ, հաճախականություն սխալանքը $\pm(0.1\%+1)$, 0.01Հց քայլով և առավելագույնը -100կՀց, ջերմաստիճան սխալանքը $\pm(1,0\%+10)$ 0.10C քայլով և առավելագույնը 400C-4000C:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом $\angle \cup \cup \cup - \cup \cup \Delta \cup \cap \cup \cup - 83/25$ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
14	FLUKE 179 или аналогичный CEM DT-9987 или аналогичный KLEIN TOOLS MM450 от производителя. Технические характеристики: Погрешность измерения постоянного напряжения: $\pm(1,0\%+3)$ с шагом 0,1 мВ и максимум -1000 В; Погрешность измерения переменного напряжения: $\pm(0,09\%+2)$ с шагом 0,1 мВ и максимум 1000 В; Погрешность измерения постоянного тока: $\pm(1,0\%+3)$ с шагом 0,01 мА и максимум -10 А; Погрешность измерения переменного тока: $\pm(1,5\%+3)$ с шагом 0,01 мА. с шагом и максимум -10А, погрешность сопротивления $\pm(0,9\%+1)$ с шагом 0,1Ом и максимум 50МОм, погрешность частоты $\pm(0,1\%+1)$, с шагом 0,01Гц и максимум -100кГц, погрешность температуры $\pm(1,0\%+10)$ с шагом 0,10С и максимум 400С-4000С.