

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դիմումատու ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/81 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	PLT-1005BT	PLT-1005BT	Canon Medical Systems	Գծային տվիչ, նախատեսված Xario 200 ուլտրաձայնային հետազոտության համակարգի համար, էլեմենտների քանակը՝ 192, հաճախականությունների տիրույթը՝ 5,0-14,0 ՄՀց, բացվածք՝ 58մմ, պոլսկցիոն ասեղի ցուցադրման ավտոմատ բարելավում, անկյան անկախ փոփոխություն B ռեժիմում, գունավոր և սպեկտրալ դոպլերյան ռեժիմներում, հյուսվածքային հարմոնիկայի իմպուլսի սուբստրակցիայով, դիֆերենցված հյուսվածքային հարմոնիկա, Իմպուլս-ալիքային դոպլեր, Գունավոր դոպլեր, Էներգետիկ դոպլեր, բարելավված դինամիկ հոսք, մազանոթային հունի պատկերավորում բարձր տարածական/ժամանակային հնարավորությամբ, տրապեզոիդանման սկանավորում, բազմաալիքային բարդ սկանավորում իրական ժամանակում, տարածական և հաճախականության

				կողավորում իրական ժամանակում խզումների ճնշման մեթոդիկայի հետ համատեղ, ճշգրիտ պատկերավորում, 2D պատկերի օպտիմալացում ըստ հյուսվածքների ակուստիկ հատկությունների, դոպլերյան սպեկտրի օպտիմալացում, պանորամային սկանավորում, կոմպրեսիոն Էլաստոգրաֆիա, պատկերի եռաչափ ռեկոնստրուկցիա, կոնտրաստային Էխոգրաֆիա: Տեղադրումը և կարգավորումները կիրականացվեն սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Տվիչը ամբողջությամբ նոր, չօգտագործված է: Երաշխիքը՝ 1 տարի:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Диавант в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LUFC-EUQU72F-25/81 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7				