

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԳՀԾՀԽ-2025/35 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի              |                                 |                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | ֆիրմային<br>անվանումը           | ապրանքային<br>նշանը             | մակնիշը                         | արտադրողի<br>անվանումը          | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3                  | թթվածնի<br>մատակարարման<br>սարք | թթվածնի<br>մատակարարման<br>սարք | թթվածնի<br>մատակարարման<br>սարք | թթվածնի<br>մատակարարման<br>սարք | Թոքերի արհեստական շնչառական սարք, թթվածնի ցածր ճնշումով դյուրակիր Պետք է նախագծված լինի հիվանդների տեղափոխման չափանիշներին համապատասխան Պետք է նախատեսված լինի նորածինների, մանկաբուժական հիվանդների և մեծահասակների համար Գրաֆիկական դիսփլեյի առկայություն Պետք է ունենա ներկառուցված մարտկոց, որը կապահովի ԹԱԾ-ի ոչ պակաս քան 2,5 ժամ ամբողջական աշխատանք Ոչ պակաս քան MV, SIMV, CPAP և ձեռքով ռեժիմների առկայություն |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Տուրբինային կամ այլ ձևով<br/>թթվածնային կոնցենտրացիայի<br/>կարգավորման հնարավորությամբ<br/>Պետք է կարողանա աշխատել<br/>առանց թթվածնի <math>\text{FiO}_2</math> ոչ պակաս<br/>քան 21-100% միջակայքում Պետք է<br/>կարողանա աշխատել բարձր և<br/>ցածր հոսքի թթվածնով Շնչառական<br/>ծավալը՝ ոչ պակաս քան 50 - 1500 մլ<br/>տիրույթում I:E<br/>հարաբերակցությունը ոչ պակաս<br/>քան 4:1 - 1:8 տիրույթում PEEP. ոչ<br/>պակաս քան 0 - 30 սմ <math>\text{H}_2\text{O}</math><br/>միջակայքում Տրիգերի<br/>զգայունությունը ոչ պակաս քան<br/>-0,5-ից -6,0 սմ <math>\text{H}_2\text{O}</math> միջակայքում<br/>Շնչառական հաճախությունը. ոչ<br/>պակաս քան 2-60 շնչ/րոպե<br/>միջակայքում Ահագանգեր Լուսային<br/>և ծայնային ազդանշաններ<br/>Համակարգը թույլ է տալիս անջատել<br/>ահագանգերը Սնուցում՝ 220 Վ,<br/>50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ<br/>Տեղադրում և մեկնարկ<br/>Աշխատակազմի ուսուցում տեղում<br/>Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն<br/>կամ անգլերեն կամ ռուսերեն<br/>Սարքավորումը պետք է լինի նոր,<br/>չօգտագործված Լրակազմը</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p> ներառում է անհրաժեշտ բոլոր<br/> լրացուցիչ սարքեր և պարագաներ<br/> նախատեսված սարքավորման<br/> լիարժեք շահագործման համար<br/> (օրինակ՝ մեծահասակների և<br/> երեխաների համար բազմակի<br/> օգտագործման շնչառական<br/> խողովակներ, դիմակներ<br/> մեծահասակների, երեխաների և<br/> նորածինների համար, սարքը<br/> թթվածնի բալոնին միացնելու<br/> համար նախատեսված խողովակ՝ ոչ<br/> պակաս քան 2 մ, միակցիչներ,<br/> շնչառական պարկեր և այլն):<br/> Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս<br/> Որակի վկայականներ<br/> (առկայություն) ISO13485 կամ<br/> համարժեք CE Mark (Directive<br/> 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք </p> |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

Теофарма Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱԶԱՊՁԲ-ԳՀԾՀԽ-2025/35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 3          |                        |               |       |                            |                            |