

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՉՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-67/25 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	բժշկական շնչառական սարքեր	բժշկական շնչառական սարքեր	բժշկական շնչառական սարքեր	բժշկական շնչառական սարքեր	"Պղպջակային նորածնային CPAP համակարգ՝ Bubble CPAP կամ Neonatal CPAP, փուլիկների ստեղծման եզակի համակարգ է, որն ապահովում է CPAP-ի հետևողական և ճշգրիտ առաքում նորածնային հիվանդներին: • Պետք է հագեցած լինի բժշկական շնչառական խոնավացուցիչով, բարձր ճշգրտության օդ - թթվածնի խառնիչով: • Ակտիվ մեխանիկական կամ էլեկտրոնային օդաթթվածնային խառնիչի առկայություն, FiO2-ի միջակայքը պետք է տատանվի ոչ պակաս քան 21% - ից մինչև 100%

միջակայքում • FiO_2 -ի ճշգրտությունը ոչ ավելի քան $\pm 5\%$ •
 Գազի մատակարարման ճնշումը
 օդ/թթվածին 0,3-0,4 ՄՊա
 միջակայքում • Հոսքը ոչ պակաս
 քան 2-10 լ / րոպե միջակայքում •
 Նորածնային հիվանդների CPAP-ի
 իրականացման համար սահմանված
 PEEP մակարդակի ցուցիչի
 առկայություն: • Peep տվիչով
 պղպջակների գեներատորի
 առկայություն • PEEP տվիչով
 պղպջակների գեներատորը պետք է
 ապահովի PEEP-ը ոչ պակաս քան 3
 սմ H_2O -ից մինչև 10 սմ H_2O
 միջակայքում: • Խոնավացուցիչի
 առկայություն բազմակի
 օգտագործման խոնավացման
 տարայով • Օդի խոնավացուցիչի
 ջերմաստիճանի վերահսկում ոչ
 պակաս քան 0-750C միջակայքում •
 Խոնավացուցիչի լարումը 220V 50 /
 60Hz • Շարունակական հոսքը ոչ
 պակաս քան 15 լ / րոպե • Ճնշման
 չափիչի առկայություն • Հիվանդի
 միացման շնչառական կոնտուրների
 արմունկի և մոնտաժային
 միացուցիչների առկայություն •
 Խոնավացուցիչի ջերմաստիճանի

					տվիչի առկայություն • Թեստային թոքերի առկայություն • Սարքավորումների համար ստենդի կամ դարակաշարերի առկայություն • Լրակազմ և պարագաներ. • ISO13485 կամ համարժեք • CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք Ապրանքները պետք է ունենան բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փակ գործարանային տուփով, օգտագործողի հայերեն կամ ռուսերեն ձեռնարկով: Մատակարարը պետք է ապահովի ապրանք անվնաս տեղափոխումը, տեղադրումը, աշխատանքային ռեժիմի բերումը: Գործարկումը պետք է կատարվի բժշկական կենտրոնի տարածքում՝ պատվիրատուի ներկայացուցչի ներկայությամբ: Տեղադրումը, ուսուցումը և երաշխիքային ժամկետի ընթացքում տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ՝ սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Պայմանագրի կատարման
--	--	--	--	--	---

					փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային սամակի ներկայացում: Երաշխիք՝ ոչ պակաս 1 տարի: "
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Теофарма Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2000000000-0000000000-67/25
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4					