

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Բոնանգա» ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/81 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Prevail TM	.	Medtronic plc	Բալոնային կատետեր պատած Պակլիտակսել դեղով, դեղի դոզան ոչ պակաս 3,5μg/mm ² բացված բալոնի հաշվարկով, դեղի ձերբազատումը 30-60 վարկյանում, բալոնի նյութը պեբաքս, շավթի աշխատանքային երկարությունը 142սմ, համատեղելի 5ֆռ կաթետր ուղղորդիչի հետ, 0,014" ուղղորդիչի հետ: Բալոնի չափերը՝ -2,00; 2,50; 3,00; 3,50 և 4,00մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 5 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 10մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 30մմ: -2,25; 2,75մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 4 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 10մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 25մմ: Վաճառողը պարտավոր է սեփական միջոցների հաշվին

			իրականացնել հետևյալ գործառույթները. Յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: Արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով: Արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով: Ապրանքի փոխարինումը պետք է իրականացվի երկու ամսվա ընթացքում:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Бонанза» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LUFC-LUQU72F-25/81 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	.	.	.	Балонный кататр с лекарственным покрытием паклитаксел, доза препарата не менее 3,5µg/mm ² с расчетом развернутого балона, высвобождение лекарства за 30-60 секунды, материал балона пебакс, рабочая длина шавта 142 см, совместимость с направляющим катетром 5фр, с направляющим 0,014". Размеры балона: - для диаметров 2,00; 2,50; 3,00; 3,50 и 4,00мм длина не менее 5 размеров для каждого диаметра, при том самая короткая: не более чем 10мм, самая длинная: не менее чем 30мм; - для диаметров 2,25; 2,75мм длина не менее 4 размеров для каждого диаметра, при том самая короткая: не более чем 10мм, самая длинная: не менее чем 25мм. Продавец обязан за свой счет осуществить следующие действия: В каждом случае забракования товара передать

				информацию, предоставленную Заказчиком, производителю, получить объяснение производителя по данному случаю и представить это Покупателю. При этом Покупатель вправе проверить достоверность представленной информации у производителя. В случае производственного брака заменить товар на новый. В случае отзыва производителем какой-либо партии продукции (поставляемой Покупателю) передать эту информацию Покупателю и заменить отозванную продукцию на новую. Замена товара должна осуществляться в течении двух месяцев.
--	--	--	--	---