

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆժԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Էլեկտրասրտագրման սարքեր	Էլեկտրասրտագրման սարքեր	Էլեկտրասրտագրման սարքեր	Էլեկտրասրտագրման սարքեր	Չափերը՝ առավելագույնը ամեն կողմի համար 362.5մմ×277.5մմ×135 (Երկարություն, լայնություն և բարձրություն): Չանգված՝ առավելագույնը 4.5 կգ: Դիսփլեյ՝ առնվազն 8.0", 800×600 TFT LCD հպումային Էկրան: Հոսանքի սնուցում՝ AC:100V~240V, 50Hz/60Hz: Պետք է ունենա վերալիցքավորվող լիթիում իոնային մարտկոց առնվազն 11 վոլտ լարումով, առնվազն 4400mAH ունակությամբ և ապահովում է առնվազն 5 ժամ անդադար սնուցում: Մարտկոցի վիճակի վերաբերյալ լուսային

					ցուցանշանների առկայություն: Առկա է ներկառուցված լատինատառ QWERTY տեսակի ստեղնաշար: Ստանդարտ սենսորային միակցիչ առնվազն 4 տող: Ցանցային միակցիչ առնվազն մեկ RJ-45: Պետք է ունենա լոկալ ցանցին միանալու և հետագոտությունների արդյունքների տվյալների փոխանցման հնարավորություն ներհիվանդանոցային էլեկտրոնային կառավարման համակարգին: Պետք է ունենա ստանդարտ առնվազն USB 2.0 սկավառակը, սկաները և տպիչ միացնելու համար: Պետք է ունենա առնվազն ևս մեկ ստանդարտ USB այլ սարքի միացման համար: Ֆիքսված հիշողություն առնվազն 800 ԷՍԳ տվյալների պահպանման համար: Պետք է ունենա լրացուցիչ հիշողության ավելացման հնարավորություն SD card-ի, Flash-ի կամ U disk-ի միջոցով: Պետք է ունենա տվյալների ֆոնային պահպանման ռեժիմ: Պետք է ունենա տվյալների պահպանման առնվազն PDF DAT JPEG ֆորմատներով և Dicom
--	--	--	--	--	--

առկայություն, FDA-XML
 ֆորմատները: Պետք է ունենա
 ջերմային կետային զանգվածով
 աշխատող տպիչ: Հորիզոնական
 լուծելիություն առնվազն՝ 39 կետ/մմ:
 Ուղղահայաց լուծելիություն
 առնվազն՝ 8 կետ/մմ: Տպելու
 արագություն առնվազն՝ 5 մմ/վ, 6,25
 մմ/վ, 10 մմ/վ, 12,5 մմ/վ, 25 մմ/վ, 50
 մմ/վ, սխալ՝ $\pm 3\%$: Տպագրման
 լայնությունը առնվազն՝ 213 մմ
 (սարքի արդյունավետ տպագրման
 լայնությունը առնվազն 209 մմ:
 Թուղթ՝ առնվազն 209 մմ $\times$ 139 մմ $\times$
 19 մ (Z տիպ): Թղթի տեսակը՝
 ծալովի ջերմազգայուն տպագրական
 թուղթ: Առնվազն 10 տեսակի
 տպագրական մեթոդներ (Ավտոմատ:
 3 $\times$ 4, 3 $\times$ 4+1R, 3 $\times$ 4+3R,
 6 $\times$ 2, 6 $\times$ 2+1R, 6 $\times$ 2+3R, 12 $\times$ 1, 12 $\times$ 1
 V6, մանուալ 3 ուղի, 6 ուղի, 12 ուղի,
 ռիթմ՝ միակողմանի, երեք ուղի, R-R՝
 1 թույն, 3 թույն): ԷՍԳ ալիքի ձևեր
 առնվազն՝ HR միջակայքը՝ 30bpm
 -300bpm, HR ճշգրտություն՝ ± 1 bpm
 (10s միջին), սխալի գործակից՝ $\leq 5\%$,
 0,333: Պետք է ունենա առնվազն
 հետևյալ ԷՍԳ ալիքի ձևերը չափելու
 հնարավորություն՝ P ժամանակի

սահմանափակում, PR միջփուլ, QRS
 ժամանակի սահմանափակում, QT
 միջֆազ, QTC միջֆազ, RV5swing,
 SV1swin g, RV6swing, SV2swing,
 RV5+SV1swing, P առանցք, QRS
 առանցք, T առանցք: Ախտորոշման
 վերլուծությունն առնվազն՝ 130
 տեսակ: Ազդանշանները
 մուտքագրվում են առնվազն 12
 արտածումներով, պետք է ունենա
 դեֆիբրիլյատորի նկատմամբ
 կայունություն, պետք է աշխատում է
 սրտի ռիթմավարի հետ:
 Էլեկտրական ցնցումներից
 պաշտպանվածության աստիճանը
 առնվազն՝ 3980 Վ: Էլեկտրոդի օֆսեթ
 պոտենցիալը առնվազն՝ ± 600 մՎ:
 Հաճախականության արձագանք
 առնվազն՝ 0.05Hz-200Hz (-3dB):
 Ելակետային զտիչը հնարավոր է
 միացնել և անջատել: ԷՍԳ զտիչներ
 առնվազն՝ 25Hz, 35Hz, 45Hz, Փակել:
 Ցածրանցիկ ֆիլտրեր առնվազն՝ 75
 Հց, 100 Հց, 150 Հց, 200 Հց, Փակ:
 Հաճախականության զտիչը
 հնարավոր է անջատել և միացնել:
 Ազդանշանի ուժեղացման մանուալ
 ընտրությունն առնվազն՝ 2.5, 5, 10, 20,
 40, 10/5, AGC (մմ/մՎ): Ուժեղարարի

					ճշգրտություն առավելագույնը՝ $\pm 5\%$։ Սրտագրման արագությունների ընտրանքն առնվազն՝ 5 մմ/վ, 6,25 մմ/վ, 10 մմ/վ, 12,5 մմ/վ, 25 մմ/վ, 50 մմ/վ։ Մուտքի դիմադրություն՝ $\geq 50\text{M}\Omega$ Ալիքի արձագանքման ժամանակը՝ ≤ 5 վրկ։ Ելակետային գծի վերականգնման ժամանակը արտածումների լիարժեքի մասին տեղեկություն առնվազն՝ 1 վրկ։
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЭЦУСОО-ЕЦУУ72Р-2025/19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		Դեֆիբрилյատորի նկատմամբ
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	վայրկյանը՝ 4895V 358J Технические характеристики պայմաններում։ Դեֆիբрилյատորի ազդեցությունից հետո տվյալների վերականգնում առավելագույնը 5 վայրկյան անց։ Աքսեսուարներ Պետք է ունենա առնվազն ստանդարտ լրակազմ՝ սարքավորում, արտածումներ, օգտագործողի ուղեցույց, սնուցման լար։ Պայուսակի առկայություն սարքը անվտանգ տեղափոխելու համար Լրակազմը պետք է ներառի՝ տանձիկներով աշխատելու մալուխները, ինչպես նաև ինքնակաչուն մեկ անգամյա օգտագործման ԷՍԳ Էլեկտրոդներով աշխատելու մալուխների հավաքածու։ Մեկ անգամյա
4					

					օգտագործման EՍԳ էլեկտրոդների առկայություն առնվազն՝ 80 հատ: Տպիչի թղթի առկայություն առնվազն՝ 2 հատ: Հաղթող մասնակիցը տրամադրում է անհրաժեշտ մասնագիտական կազմը սարքավորման տեղադրման և էլեկտրոնային կառավարման համակարգի հետ կոմունիկացիայի հաստատման համար: Համապատասխանում է առնվազն IEC 60601-1 և IEC 60601-1-2 պահանջներին: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հաղթող մասնակիցն իրականացնում է սարքավորման տեղադրում և կիրառման ուսուցում: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված, երաշխիքային ժամկետը առնվազն՝ 1 տարի:
--	--	--	--	--	--