

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՉՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-67/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	բժշկական շնչառական սարքեր	բժշկական շնչառական սարքեր	բժշկական շնչառական սարքեր	բժշկական շնչառական սարքեր	Պղպշակային նորածնային CPAP համակարգ՝ Bubble CPAP կամ Neonatal CPAP, փուլիկների ստեղծման եզակի համակարգ է, որն ապահովում է CPAP-ի հետևողական և ճշգրիտ առաքում նորածնային հիվանդներին: • Հագեցած է բժշկական շնչառական խոնավացուցիչով, բարձր ճշգրտության օդ - թթվածնի խառնիչով: • Ակտիվ մեխանիկական կամ Էլեկտրոնային օդաթթվածնային խառնիչի առկայություն, FiO2-ի միջակայքը տատանվում 21% - ից մինչև 100% միջակայքում • FiO2-ի

					ճշգրտությունը $\pm 5\%$ • Գազի մատակարարման ճնշումը օդ/թթվածին 0,3-0,4 ՄՊա միջակայքում • Հոսքը 2-10 լ / րոպե միջակայքում • Նորածնային հիվանդների CPAP-ի իրականացման համար սահմանված PEEP մակարդակի ցուցիչի առկայություն: • Peep տվիչով պղպջակների գեներատորի առկայություն • PEEP տվիչով պղպջակների գեներատորը պետք է ապահովի PEEP-ը 3 սմ H₂O-ից մինչև 10 սմ H₂O միջակայքում: • Խոնավացուցիչի առկայություն բազմակի օգտագործման խոնավացման տարայով • Օդի խոնավացուցիչի ջերմաստիճանի վերահսկում 0-750C միջակայքում • Խոնավացուցիչի լարումը 220V 50 / 60Hz • Շարունակական հոսքը 15 լ / րոպե • Ճնշման չափիչի առկայություն • Հիվանդի միացման շնչառական կոնտուրների արմունկի և մոնտաժային միացուցիչների առկայություն • Խոնավացուցիչի ջերմաստիճանի տվիչի առկայություն • Թեստային թոքերի առկայություն • Սարքավորումների համար ստենդի կամ
--	--	--	--	--	---

				դարակաշարերի առկայություն • Լրակազմ և պարագաներ. • ISO13485 կամ համարժեք • CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք Ապրանքները ունեն բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Նոր Է, չօգտագործված, փակ գործարանային տուփով, օգտագործողի հայերեն կամ ռուսերեն ձեռնարկով: Մատակարարը ապահովում է ապրանքի անվնաս տեղափոխումը, տեղադրումը, աշխատանքային ռեժիմի բերումը: Գործարկումը կատարվում է բժշկական կենտրոնի տարածքում՝ պատվիրատուի ներկայացուցչի ներկայությամբ: Տեղադրումը, ուսուցումը և երաշխիքային ժամկետի ընթացքում տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ՝ սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: Երաշխիք՝ 1 տարի:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեղտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 20504F4-ЕԱԾԱՊԶԲ-67/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	բժշկական շնչառական սարքեր	բժշկական շնչառական սարքեր	բժշկական շնչառական սարքեր	բժշկական շնչառական սարքեր	Պղպշակային նորածնային CPAP համակարգ՝ Bubble CPAP կամ Neonatal CPAP, փուլիկների ստեղծման եզակի համակարգ է, որն ապահովում է CPAP-ի հետևողական և ճշգրիտ առաքում նորածնային հիվանդներին: • Հագեցած է բժշկական շնչառական խոնավացուցիչով, բարձր ճշգրտության օդ - թթվածնի խառնիչով: • Ակտիվ մեխանիկական կամ էլեկտրոնային օդաթթվածնային խառնիչի առկայություն, FiO2-ի միջակայքը տատանվում 21% - ից մինչև 100% միջակայքում • FiO2-ի

					ճշգրտությունը $\pm 5\%$ • Գազի մատակարարման ճնշումը օդ/թթվածին 0,3-0,4 ՄՊա միջակայքում • Հոսքը 2-10 լ / րոպե միջակայքում • Նորածնային հիվանդների CPAP-ի իրականացման համար սահմանված PEEP մակարդակի ցուցիչի առկայություն: • Peep տվիչով պղպջակների գեներատորի առկայություն • PEEP տվիչով պղպջակների գեներատորը պետք է ապահովի PEEP-ը 3 սմ H₂O-ից մինչև 10 սմ H₂O միջակայքում: • Խոնավացուցիչի առկայություն բազմակի օգտագործման խոնավացման տարայով • Օդի խոնավացուցիչի ջերմաստիճանի վերահսկում 0-750C միջակայքում • Խոնավացուցիչի լարումը 220V 50 / 60Hz • Շարունակական հոսքը 15 լ / րոպե • Ճնշման չափիչի առկայություն • Հիվանդի միացման շնչառական կոնտուրների արմունկի և մոնտաժային միացուցիչների առկայություն • Խոնավացուցիչի ջերմաստիճանի տվիչի առկայություն • Թեստային թոքերի առկայություն • Սարքավորումների համար ստենդի կամ
--	--	--	--	--	---

				դարակաշարերի առկայություն • Լրակազմ և պարագաներ. • ISO13485 կամ համարժեք • CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք Ապրանքները ունեն բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Նոր Է, չօգտագործված, փակ գործարանային տուփով, օգտագործողի հայերեն կամ ռուսերեն ձեռնարկով: Մատակարարը ապահովում է ապրանքի անվնաս տեղափոխումը, տեղադրումը, աշխատանքային ռեժիմի բերումը: Գործարկումը կատարվում է բժշկական կենտրոնի տարածքում՝ պատվիրատուի ներկայացուցչի ներկայությամբ: Տեղադրումը, ուսուցումը և երաշխիքային ժամկետի ընթացքում տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ՝ սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: Երաշխիք՝ 1 տարի:
--	--	--	--	---