

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Բոնանգա» ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/131 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Medtronic	Solaris TM, NC Solaris TM	Solaris TM, NC Solaris TM	Medtronic PLC	"Սրտանոթային դիլատացիոն բալոնային կաթետր ռենտգենկոնտռաստ պլատինիում-իռիդիում նշանակիրով, բարձր/ցածր ճնշման, մուտքային պրոֆիլը 0,016"/0,015", կաթետրի երկարությունը 142սմ, բոլոր չափերի համար նոմինալ ճնշումը որ պակաս քան 8atm իսկ պայթման ճնշումը՝ ոչ պակաս քան 14atm: Շավթի տրամագիծը պրոցսիմալ հատվածում 2,1fr: Շավթի տրամագիծը դիստալ հատվածում՝ 1,50-3,50մմ տրամագծերի բալոնների դեպքում

					2,5fr, 3,75մմ տրամագծի բալոնների դեպքում 2,5fr/2,7fr, 4,00-5,00մմ տրամագծերի բալոնների դեպքում 2,7fr: Բալոնի չափսերը՝ -1,50մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 5 չափ, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 6մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 20մմ: -2,00մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 8 չափ, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 6մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 30մմ: -2,50; 3,00; 3,50 և 4,00մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 9 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 6մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 30մմ: -2,25 և 2,75մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 6 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 6մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 25մմ: -3,25 և 3,75մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 5 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար,
--	--	--	--	--	---

				ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 6մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 20մմ: -4,50մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 4 չափ, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 8մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 20մմ: -5,00մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 3 չափ, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 8մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 15մմ:Արտադրական խոտանի դեպքում վաճառողը պարտավոր է իր սեփական միջոցների հաշվին ապրանքը փոխարինել նորով: Ապրանքի փոխարինումը պետք է իրականացվի երկու ամսվա ընթացքում:"
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Бонанза» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ЕЦДЦПДР-25/131 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	.	.	.	.	.