

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդպրո ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/16-23-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
88	Մեդեվո Մեդիքալ	SPA122	Մեդեվո Մեդիքալ	Սարքը նախատեսված է ճշգրիտ ինֆուզիոն մատակարարման համար և հագեցած է երկակի թվային կառավարման կոճակներով և 3.0" գունավոր LCD Էկրանով: Նախատեսված է միաժամանակ 2 ներարկիչներով աշխատանքի համար: Աշխատում է Rate, Time, Volume (VTBI) և Body Weight ռեժիմներով, ունի նաև դեղերի գրադարան (Drug Library): Սարքը ավտոմատ ճանաչում է ` 5, 10, 20, 30, 50/60մլ ներարկիչիների չափը: Նախագծված է բարձր հուսալիության և ճշգրտության համար` ունի կրկնակի պրոցեսոր: Հոսքի ճշգրտությունը` $\pm 2\%$ : Հոսքի արագությունը կարգավորվում է 0.1մլ/Ժ-ից մինչև ներարկիչի հնարավոր առավելագույնը` 5մլ - 200մլ/Ժ, 10մլ - 400մլ/Ժ, 20մլ - 900մլ/Ժ, 30մլ - 1200մլ/Ժ, 50/60մլ - 1800մլ/Ժ: Ծավալը` մինչև 9999մլ, ժամանակի

սահմանում՝ 1 րոպեից մինչև 99 ժամ միջակայքում:
KVO ֆունկցիան՝ կարգավորվող՝ 0.01–10մ/ժ
միջակայքում: Հոսքի արագության քայլը 0.1մ/ժ:
Բոյլուսային հոսքի արագություններ՝ 5մլ ներարկիչի
համար 200մ/ժ; 10մլ ներարկիչի համար 400մ/ժ; 20մլ
ներարկիչի համար 900մ/ժ; 30մլ ներարկիչի համար
1200մ/ժ, 50/60մլ ներարկիչի համար 1800մ/ժ: Ունի
լսելի և տեսանելի ազդանշաններ հետևյալ դեպքերի
համար՝ ավտոմատ ինքնափորձարկում, ներարկիչի
տեղաշարժ, խցանում, մոտ ծայրին, ներարկիչի
դատարկություն, VTBI-ի լրացում, մարտկոցի ցածր լիցք,
մարտկոցի լիցքաթափում, շարժիչի անսարքություն,
ներարկիչի սխալ սպեցիֆիկացիա, շղթայի
անսարքություն, գլխավոր միկրոպրոցեսորային
միացման անսարքություն, պրոցեսորի անսարքության
մոնիթորինգ, պարամետրերի գերազանցում, հոսանքի
անջատում: Ունի երեք ճնշման մակարդակ՝ ցածր՝
 $40 \pm 20 \text{ Kpa}$, միջին՝ $60 \pm 20 \text{ Kpa}$, բարձր՝ $100 \pm 20 \text{ Kpa}$:
Սնուցվում է լիթիումային մարտկոցով՝ 10 ժամ
աշխատանքային ժամանակով: Աշխատում է նաև
AC100–240V, 50/60Hz էլեկտրական ցանցից: Ունի IPX4
ջրակայունության մակարդակ Class II, CF տիպի
բժշկական սարքավորում է: Չափսերը ամեն կողմի
համար՝ 26x21.5x11 սմ : Մատակարարելիս CE Mark, ISO
13485 սերտիֆիկատները կներկայացվեն:
Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, գործարանային
փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային ժամկետը
տեղադրման պահից 12 ամիս: Մատակարարը ունենի
անհրաժեշտ մասնագիտական կազմը սարքավորման

				տեղադրման, ուսուցման, տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգումների իրականացման համար:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեղադրող ՍՊԸ-ն որպես մասնակցի մեջ մասնակցության էլեկտրոնային աուկցիոնի ներքո կոդով ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/16-23-ԵՊԲՀ ներքո ներկայացնում է ամբողջական նկարագրություն առաջարկվող առարկայի:

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
88	дево Медикал	SPA122	Медево Медикал	Պերֆուզիոն պոմպ երկու ուղղի