

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդպրո ՍՊԸ-ն EԱՃԱՊԶԲ-2025/16-23-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
90	ԲԻ ԷԼ ԹԻ	BioFusion S500	Գուանգդոնգ բիոլայթ մեդիքալ	<p>Մոնիտորը 3.4" գունավոր TFT LCD տեսակի և հպումային: Մոնիտորի լուծելիությունը 800x480 փիքսել:</p> <p>Մոնիտորի պայծառության կարգավորման 1-10 աստիճան և կարգավորվող: Մոնիտորի վրա արտահայտվում է հետևյալ տեղեկատվությունը՝ բուժառուի տվյալներ, ահազանգի տվյալներ, ինֆուզիաի ստատուս և համակարգի աշխատանքային վիճակի ստատուս: Մուտքի պաշտպանության IP33 մակարդակ: Ճշգրտության մակարդակը $\pm 0.5\%$: Բոյլուսային հոսքի արագության շեղումն $\pm 0.5\%$: KVO-ի շեղումը $\pm 0.5\%$: Կաթիլային արագության սխալ $\leq \pm 10\%$: Հոսքի արագության կարգավորման միջակայք՝ 0.10 մլ/ժ ~ 2350 մլ/ժ: Հոսքի արագության քայլի կարգավորում՝ (0.10 ~ 99.99) մլ/ժ քայլը, 0.01 մլ/ժ, (100.0 ~ 999.9) մլ/ժ քայլը, 0.1 մլ/ժ, (1000 ~ 2350) մլ/ժ քայլը 1 մլ/ժ:</p>

Բոլյուսային հոսքի միջակայքեր՝ 0.10 մլ/ժ ~ 2350 մլ/ժ, (0.10 ~ 99.99) մլ/ժ քայլը՝ 0.01 մլ/ժ, (100.0 ~ 999.9) մլ/ժ քայլը՝ 0.1 մլ/ժ, (1000 ~ 2350) մլ/ժ քայլը՝ 1 մլ/ժ:

Օկյուզիայի հայտնաբերում 15 ընտրովի մակարդակում (համապատասխանաբար՝ 50, 150, 225, 300, 375, 450, 525, 600, 675, 750, 825, 900, 975, 1050, 1125 մմ ս.ս.):

Օկյուզիայի տազնապի սխալ առաջին մակարդակ՝ 50 մմ ս.ս.: Այլ մակարդակներում՝ $\leq \pm 145$ մմ ս.ս.:

Առավելագույն ինֆուզիոն ճնշումը 1350 մմսս: Օդի հայտնաբերում՝ 7 ընտրովի մակարդակ (համապատասխանաբար՝ 25, 50, 100, 200, 400, 600, 800 մկլ): KVO-ի մակարդակը 0.10~30.00 մլ/ժ, աճ՝ 0.01 մլ/ժ: Ժամանակի կարգավորման միջակայքը 00:00:01~99:59:59 1 վայրկյան քայլով: VTBI սահմանված միջակայքը 0.10~9999.99 մլ, քայլը՝ 0.01 մլ: Կուտակվող ծավալ 0.00~99999.99 մլ, քայլը՝ 0.01 մլ: Կաթիլային արագության սահմանված միջակայքը՝ 1~400 dot/min: Քաշի սահմանաչափը 0.1 to 499.0kg: Դոզավորման կարգավորման միջակայքը 0.001~99999: Չափման միավորներն ng, ug, mg, g, mU, U, kU, EU, mmol, mol, mcal, cal, kcal, mEq: Դոզավորման արագության միջակայքը 0.001~99999: Դոզավորման արագության չափման միավորներն X/min, X/h, X/24h, X/kg/h, X/kg/24h, X/lb/min, X/lb/h, X/lb/24h, որտեղ X-ը կարող է կրել հետևյալ արժեքները՝ ng, ug, mg, g, mU, U, kU, EU, mmol, mol, mcal, cal, kcal, mEq: Ծավալի կարգավորման միջակայքը 0.10~9999.99ml: Դեղերի գրադարան 5000 դեղերի մասին տվյալներով, 30 կատեգորիայով և 20 տեսակի գունային կարգավորման հնարավորություն:

			<p>5000 բուժառուի տվյալների պահպանման հնարավորություն: Էկրանը կողպելու հնարավորություն:</p> <p>Ունի տեսանելի և լսելի ազդանշաններ: Ունի 3 աստիճանի ազդանշաններ՝ բարձր, միջին, ցածր: Ունի wired և wireless հաղորդակցության հնարավորություն, USB, RS232, nurse call connector, DC adapter: Լիթիում իոնային մարտկոցով առավելագույն 3050mAh:</p> <p>Աշխատաժամանակը 8 ժամ 25ml/h-ում և 3 ժամ 2350ml/h-ում: Սնուցումը 100-240V, 50/60Hz, 0.43-0.22A:</p> <p>Չափերը (LxWxH) 214mmx153mmx75mm :</p> <p>Դասակարգվում է որպես Class I, Type CF սարքավորում:</p> <p>Ունի CE Mark, ISO 13485: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:</p> <p>Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից 12 ամիս:</p> <p>Մատակարարը ունենի անհրաժեշտ մասնագիտական կազմը սարքավորման տեղադրման, ուսուցման, տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգումների իրականացման համար:</p>
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեղաբեր ՍՊԸ-ն որպես մասնակցի մասնակցելով էլեկտրոնային աուկցիոնին կոդով ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-23-ԵՊԲՀ ներքև ներկայացնում է ամբողջական նկարագրությունը առաջարկվող ապրանքի:

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
90	Би эл ти	BioFusion S500	гуангдонг биолайт медикал	Ինֆուզիոն պոմպ