

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/16-23-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
84	HOSPI PLUS	Surgical extrusion pump	GIMA Italy	Պրոֆեսիոնալ օգտագործման համար նախատեսված շարժական արտածծիչ պոմպ՝ հզոր երկմխոցային շարժիչով: Ունի 4 անիվներ, որոնցից 2-ը՝ արգելակներով: Հզորությունը՝ 80 լիտր/րոպե: վակուումը՝ 0.90 բար - 675 mmHg -90կՊա: Աղմուկի մակարդակը՝ 46,4 Դբ: Սնուցումը՝ 220/230 վոլտ, 50-60Հց: Համալրված է՝ մեխանիկական վակուումային ցուցիչով: Մեկանգամյա գտիչ և խողովակների հավաքածու: Վակուումային սենսոր, կարգավորիչ: Ունակ՝ 1 հատ, հանվող և հեշտությամբ ավտոկլավեցվող տարրա՝ արտազատուկի համար, 2 լիտր ծավալով՝ 4 հատ, ներկառուցված փականներ՝ գերլցվածությունից պաշտպանության համար: Առաջարկի արժեքի մեջ ներառված են՝ կարգավորումները, բժշկական անձնակազմին սարքի

				օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը, երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից 12 ամիս: Մատակարարելիս CE սերտիֆիկատի առկա է::
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեղտեխտրվի ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2025/16-23-ԵՊԲՀ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
84	HOSPI PLUS	Surgical extrusion pump	GIMA Italy	Պրոֆեսիոնալ օգտագործման համար նախատեսված շարժական արտածծիչ պոմպ՝ հզոր երկմխոցային շարժիչով: Ունի 4 անիվներ, որոնցից 2-ը՝ արգելակներով: Հզորությունը՝ 80 լիտր/րոպե: վակուումը՝ 0.90 բար - 675 mmHg -90կՊա: Աղմուկի մակարդակը՝ 46,4 Դբ: Սնուցումը՝ 220/230 վոլտ, 50-60Հց: Համալրված է՝ մեխանիկական վակումային ցուցիչով: Մեկանգամյա գտիչ և խողովակների հավաքածու: Վակուումային սենսոր, կարգավորիչ: Ոտնակ՝ 1 հատ, հանվող և հեշտությամբ ավտոկլավեցվող տարրա՝ արտազատուկի համար, 2 լիտր ծավալով՝ 4 հատ, ներկառուցված փականներ՝ գերլցվածությունից պաշտպանության համար: Առաջարկի արժեքի մեջ ներառված են՝ կարգավորումները, բժշկական անձնակազմին սարքի

				օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը, երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից 12 ամիս: Մատակարարելիս CE սերտիֆիկատի առկա է::
--	--	--	--	---