

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ԹՐԵՅԴՄԵԴ" ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/130 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Vision Chart C901	Vision Chart C901	C901	Shanghai MediWorks Presision Instruments Co., Ltd	"Էկրանի տեսակը` - SXGA հեղուկ բյուրեղյա երկարատև լուսավորությամբ կամ համարժեք Էկրանի անկյունագիծը` - Առնվազն` 17 դյույմ Էկրանի ռեզոլյուզիա` - Առնվազն` 1280 x 1024 պիքսել Էկրանի պայծառության կարգավորման անհրաժեշտ միջակայք` - Առնվազն` 80-ից 320 cd/m2, 10 ±3 cd/m2 (գիշերային տեսողության թեստավորման համար) Աղյուսակների տեսակները` - Առնվազն` T, PhM, P, M, UK, G+, G, U, F, ISO Օպտոտիպեր` - Առնվազն` Landolt C, Tumbling E, տառեր, թվեր,

երեխաներ, կարմիր/կանաչ, կետեր, աստիճանաձևի ժամացույց, ֆորիա, ֆորիա ֆիքսացիայով, Schober, Worth four dot, ETRS, Խաչածեւ ցանց, Ուղղահայաց գիծ, Հորիզոնական գիծ, ուղղահայաց զուգադիպություն, Հորիզոնական զուգադիպություն, Ստերեո, ֆիքսացիոն կետ, Մալետ (հորիզոնական ֆորիա), Մալետ (ուղղահայաց ֆորիա), Muscle, ցուցիչ, կրկնակի ցուցիչ, Ստերեո եռանկյուն, ստերեո հավասարակշռություն, ստերեո չորս տող, կոնտրաստային թեստ, գիշերային տեսողության թեստ Տեղադրման հեռավորության անհրաժեշտ միջակայք՝ - Առնվազն՝ 2,5-6մ (1 սմ քայլերով) Կառավարումը՝ - Առնվազն՝ հեռակառավարվող վահանակի միեջոցով, ֆորոպտերի վահանակի միեջոցով Որակի հավաստագրեր - Առնվազն՝ ISO13485, ISO 9001, EU Declaration of Conformity Երաշխիքային սպասարկում - Առնվազն՝ 1 տարի Սարքի տեղադրում և օգտագործման ուսուցում Սարքը պետք է լինի նոր,

գործարանային փաթեթավորմամբ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ТРЕЙД МЕД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ЕЦДЦПЗР-25/130 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5					