

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ 88 ՍՊԸ-Ն ՇՄԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/43 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	1.MEDITECH.2.Shuangyang 3.COSON 4.XCMEDICO	1.MEDITECH.2.Shuangyang 3.COSON 4.XCMEDICO	1.MEDITECH.2.Shuangyang 3.COSON 4.XCMEDICO	1.Changzhou Meditech Technology Co., Ltd. 2.Jiangsu Shuangyang Medical Instrument Co., Ltd. 3.Ruijianpengke(Xiamen) Medical Technology Co., Ltd 4.Changzhou Xc Medico Technology Co., Ltd.	Հարթակի անցքերը պետք է նախատեսված լինեն 3,5 մմ արգելափակող պտուտակների և 3,5 մմ պտուտակների համար: Արտադրող կազմակերպությունը պետք է ունենա առնվազն ISO 9001:2015 հավաստագիր և առնազն ISO 13485:2016 հավաստագիր, Իմպլանտը պետք է ունենա CE հավաստագիր, մատակարարը պետք է ապահովի հարթակի տեղադրման համար գործիքակազմը: : Համաձայն ՀՕ-325-Ն «ԲՆԱԿԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ

				ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ Օրենքի 2-րդ հոդվածի, Մասնակիցը Հայտով պարտադիր պետք է ներկայացնի ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ:Հարթակը պետք է ունենա անհատական փաթեթավորում և ապրանքը բնութագրող պիտակ: Պատվիրատուի պահանջով պետք է տրամադրվեն ստորև նշված հարթակներից մեկական ի պահ, իսկ օգտագործումից հետո պահանջի դեպքում մատակարարվի 24 ժամվա ընթացքում: 3 անցք, 4 անցք, 5 անցք, 6 անցք: Գործիքի անվանում՝ շաղափի ուղղորդիչ 3,5մմ արգելափակող պտուտակի անցքերի համար, 2,8 մմ ներքին տրամագծով-1, շաղափ 2,8 մմ-1, 3,5 մմ արգելափակող պտուտակի սահմանափակ ուժով պտուտակահան-1:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱԼ 88 ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/43 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	1.MEDITECH.2.Shuangyang 3.COSON 4.XCMEDICO	1.MEDITECH.2.Shuangyang 3.COSON 4.XCMEDICO	1.MEDITECH.2.Shuangyang 3.COSON 4.XCMEDICO	1.Changzhou Meditech Technology Co., Ltd. 2.Jiangsu Shuangyang Medical Instrument Co., Ltd. 3.Ruijianpengke(Xiamen) Medical Technology Co., Ltd 4.Changzhou Xc Medico Technology Co., Ltd.	Հարթակի անցքերը պետք է նախատեսված լինեն 3,5 մմ արգելափակող պտուտակների և 3,5 մմ պտուտակների համար: Արտադրող կազմակերպությունը պետք է ունենա առնվազն ISO 9001:2015 հավաստագիր և առնվազն ISO 13485:2016 հավաստագիր, իմպլանտը պետք է ունենա CE հավաստագիր, մատակարարը պետք է ապահովի հարթակի տեղադրման համար գործիքակազմը: : Համաձայն ՀՕ-325-Ն «ԲՆԱԿԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ

				ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ Օրենքի 2-րդ հոդվածի, Մասնակիցը Հայտով պարտադիր պետք է ներկայացնի ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ:Հարթակը պետք է ունենա անհատական փաթեթավորում և ապրանքը բնութագրող պիտակ: Պատվիրատուի պահանջով պետք է տրամադրվեն ստորև նշված հարթակներից մեկական ի պահ, իսկ օգտագործումից հետո պահանջի դեպքում մատակարարվի 24 ժամվա ընթացքում: 3 անցք, 4 անցք, 5 անցք, 6 անցք: Գործիքի անվանում՝ շաղափի ուղղորդիչ 3,5մմ արգելափակող պտուտակի անցքերի համար, 2,8 մմ ներքին տրամագծով-1, շաղափ 2,8 մմ-1, 3,5 մմ արգելափակող պտուտակի սահմանափակ ուժով պտուտակահան-1:
--	--	--	--	---

