

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ՀՀԱՆԳԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Terumo	Radifocus Guidewire	Radifocus Guidewire	Terumo	Վաերի առանցքը նիտինոլից է (փափուկ), պատված վոլֆրամ պարունակող պոլիուրետանի շերտով, ռենտգենոկոնտրաստ: Վաեր ուղղորդիչ կաթետերի պահանջվող երկարությանն է՝ 260 սմ: Պետք է պատված լինի հատուկ հիդրոֆիլիկ ծածկույթով և գերճկուն է: Գլխիկի ծայրը պետք է լինի անկյունային: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից պահանջվող չափերն են ըստ տրամագծի՝ 0.035" (0.89 mm):

				Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի/ների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը: «Բնակչությանը պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում գլխուղեղի սուր և/կամ ենթասուր իշեմիկ կաթվածների թրոմբոլիտիկ բուժման և մեխանիկական թրոմբեկտոմիա ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ապրանք:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22000000-00000000-26/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Terumo	Radifocus Guidewire	Radifocus Guidewire	Terumo	Ось катетера изготовлена из нитинола (мягкого), покрытого слоем полиуретана с вольфрамом, рентгеноконтрастного. Требуемая длина катетера – 260 см. Он должен иметь специальное гидрофильное покрытие и быть сверхгибким. Кончик головки должен быть изогнут под углом. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда, требуемые размеры составляют диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм). Наличие сертификата(ов) качества CE MARK обязательно для любой

					поставляемой партии. Изделие должно быть новым, неиспользованным, в заводской стерильной упаковке. В нем должны быть указаны технические характеристики, характеристики и правила использования в виде заводской инструкции. На момент поставки оно должно иметь не менее 50% от полного срока годности. «В рамках гарантированной государством бесплатной медицинской помощи и услуг населению тромболитическая терапия острого и/или подострого ишемического инсульта и механического воздействия. Изделие, приобретенное для оказания услуг тромбэктомии.
--	--	--	--	--	---