

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Տիգրան Կուկայան-ն ՀՀԱՆԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	Հարթակի անցքերը պետք է նախատեսված լինեն 3,5 մմ արգելափակող պտուտակների և 3,5 մմ պտուտակների համար: Արտադրող կազմակերպությունը պետք է ունենա առնվազն ISO 9001:2015 հավաստագիր և առնազն ISO 13485:2016 հավաստագիր, Իմպլանտը պետք է ունենա CE հավաստագիր, մատակարարը պետք է ապահովի հարթակի տեղադրման համար գործիքակազմը: Հարթակը պետք է ունենա անհատական փաթեթավորում և ապրանքը

					բնութագրող պիտակ: Պատվիրատուի պահանջով պետք է տրամադրվեն ստորև նշված հարթակներից մեկական ի պահ, իսկ օգտագործումից հետո պահանջի դեպքում մատակարարվի 24 ժամվա ընթացքում: 3 անցք, 4 անցք, 5 անցք, 6 անցք: Գործիքի անվանում՝ շաղափի ուղղորդիչ 3,5մմ արգելափակող պտուտակի անցքերի համար, 2,8 մմ ներքին տրամագծով-1, շաղափ 2,8 մմ-1, 3,5 մմ արգելափակող պտուտակի սահմանափակ ուժով պտուտակահան-1:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Тигран Купалян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱԼԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
13	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	Отверстия платформы должны быть рассчитаны на фиксирующие винты 3,5 мм и винты 3,5 мм. Производственная организация должна иметь сертификацию как минимум по ISO 9001:2015 и как минимум по ISO 13485:2016. Имплантат должен иметь сертификацию CE. Поставщик должен предоставить инструмент для установки платформы. Платформа должна иметь индивидуальную упаковку и этикетку с описанием продукта. По запросу заказчика одна из

					перечисленных ниже платформ должна быть предоставлена для хранения, и после использования, по запросу, она должна быть доставлена в течение 24 часов: 3 отверстия, 4 отверстия, 5 отверстий, 6 отверстий. Название инструмента: Направляющая сверла для отверстий под фиксирующие винты 3,5 мм, внутренний диаметр 2,8 мм - 1, Сверло 2,8 мм - 1, Отвертка с ограниченным усилием для фиксирующего винта 3,5 мм - 1.
--	--	--	--	--	---