

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Տիգրան Կուկայան-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
36	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	Հարթակի անցքերը պետք է նախատեսված լինեն 3,5 մմ պտուտակների համար: Արտադրող կազմակերպությունը պետք է ունենա առնվազն ISO 9001:2015 հավաստագիր և առնազն ISO 13485:2016 հավաստագիր, Իմպլանտը պետք է ունենա CE հավաստագիր: Հարթակը պետք է ունենա անհատական փաթեթավորում և ապրանքը բնութագրող պիտակ: Պատվիրատուի պահանջով պետք է տրամադրվեն ստորև նշված հարթակներից մեկական ի պահ,

					իսկ օգտագործումից հետո պահանջի դեպքում մատակարարվի 24 ժամվա ընթացքում: 6 անցք, 7 անցք, 8 անցք, 9 անցք:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Тигран Купалян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱԼԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
36	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	Отверстия в платформе должны быть рассчитаны на винты диаметром 3,5 мм. Производственная организация должна иметь сертификаты не ниже ISO 9001:2015 и ISO 13485:2016. Имплантат должен иметь сертификат CE. Платформа должна иметь индивидуальную упаковку и этикетку с описанием изделия. По запросу для хранения должна быть предоставлена одна из перечисленных ниже платформ, а после использования, по запросу, она должна быть доставлена в

					течение 24 часов: 6 отверстий, 7 отверстий, 8 отверстий, 9 отверстий.
--	--	--	--	--	---