

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/15-10-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
25	Agilent	G1946-85004	Agilent	Դրական ռեժիմի կատարողականության ստուգման ստանդարտ՝ նախատեսված համալսարանում առկա և շահագործվող ESI իոնիզացիայով աշխատող Agilent II Infinity 1290 մոդելի բարձրարդյունավետ հեղուկային քրոմատագրման համակարգին համակցված Agilent TQ MS մասս-սպեկտրոսկոպի համար: Ռեգերպինի լուծույթ է, 5 նգ/մլ կոնցենտրացիայով: Մեկ հատ տուփում առկա է 5 սրվակ, յուրաքանչյուր սրվակի պարունակությունը՝ 1 մլ: Մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2025/15-10-ЕПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
25				