

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԵԴԹԵՅԴ ՍՊԸ-ն ԶՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/05 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	ռենտգեն ախտորոշման համակարգ	ռենտգեն ախտորոշման համակարգ	ռենտգեն ախտորոշման համակարգ	ռենտգեն ախտորոշման համակարգ	Շարժական ռենտգեն համակարգ, նախատեսված պալատային ռենտգենոգրաֆիաների, բաժանմունքից բաժանմունք և ռեանիմացիոն բլոկ հեշտ տեղաշարժման համար: Գեներատոր Առավելագույն ելքային հզորություն (կՎտ)՝ 8 - 10 կՎտ Խողովակի լարման միջակայք (կՎ)՝ առնվազն 40-125 կՎ Խողովակի հոսանքի միջակայք (մԱ)՝ առնվազն 5-160 մԱ Էքսպոզիցիայի միջակայք (մԱվ) առավելագույնը 0.1~360 մԱվ Անոդի ջերմունակությունը, առնվազն՝ 30 կՋ Ֆոկալ բիծ ՝ 2.0մմ ±5%

					Ընդհանուր ֆիլտրում՝ Առնվազն 1.2մմ AI կոլիմատորը ներառյալ Կոլիմատոր՝ անընդհատ կարգավորում խաչաձև ցուցիչով՝ պատկերի ստացման դիրքը որոշելու համար (պտտման ֆունկցիայի ընտրանքով) Թվային հարթ պանելային դետեկտոր Տեխնոլոգիա՝ Անլար, WiFi կապ, ամորֆ սիլիկոն, CSI, ամբողջական պանելային տեխնոլոգիա Ակտիվ տարածք՝ առնվազն 355x428մմ Պիկսելի չափ՝ առնվազն 140մկմ Պիկսելների մատրիցա՝ առնվազն 2550x3070 Տարածական թողունակություն՝ ոչ պակաս, քան 3.5գգ/մմ Մոխրագույնի երանգներ՝ ոչ պակաս, քան 16 բիտ Այլ պարամետրեր Մեկ ճառագայթումով կալիբրացիա: Կողային լիցքավորման հնարավորություն՝ մագնիսական միակցիչի միջոցով: Կարկասը պետք է պատրաստված լինի ալյումինի ամուր համաձուլվածքից, իսկ պատկերման մակերեսը՝ ածխածնի մանրաթելից: Էքսպոզիցիայի ավտոմատ հայտնաբերման ֆունկցիայի առկայություն: Մեխանիկական պարամետրեր •
--	--	--	--	--	--

Կառավարման ինտերֆեյս ներկառուցված ռենտգեն մոնիթրինգին . Առնվազն 9.8 դույմ բազմափայլմային ինտերֆեյս, պետք է ապահովի APR ընտրությունը և դոզայի կարգավորումը • Մոնիթրինգի պատումը կողմնային և երկայնական առանցքի շուրջ՝ $\pm 180^\circ$ • Ներկառուցված լիթիում-իոնային մարտկոց թվային պատկերի աշխատանքային շարժական կայան և ծրագրային ապահովում Պլանշետ: CPU ` Intel Core i5 և բարձր Օպերատիվ հիշողություն՝ $\geq 4\text{ԳԲ}$ Կոշտ սկավառակ՝ $\geq 500\text{ԳԲ}$ Օպերացիոն համակարգը՝ 64 բիթ, Windows 11 Մուտք - Տարբեր հաշիվներ ստեղծելու հնարավորություն Պացիենտի գրանցում - Պացիենտի տվյալների ձեռքով լրացման հնարավորություն Պարամետրերի ընտրություն Բազմակի APR-ների ընտրության հնարավորություն: կՎ, մԱ, մՎ, փոփոխելու հնարավորություն Պատկերի մշակում Պայծառության և կոնտրաստի կառավարում, պատուհանի

					լայնության/մակարդակի կառավարում, խոշորացում, կտրում, պտտում, ինվերսիա, անոտացիա, պատկերի շարժումներ, պատկերի շրջում և այլն, Անհատականացված ինտերֆեյս: DICOM գործառնություններ` DICOM 3.0 համատեղելիություն, Storage, Worklist, MPPS, Print, Query/Retrieve, queuing և այլն Կարգավիճակի ցուցիչ Ռենտգեն խողովակի, դեկեկտորի և այլ մասերի աշխատանքային կարգավիճակ: Սխալի կոդի տեսաբերում: Bucky կանգնակ Էլեկտրասնուցման պարամետրեր Մուտքային լարում Միաֆազ AC, 220Վ $\pm 10\%$ Հաճախականություն 50/60Հց $\pm 1\%$ Մուտքային հզորություն $\leq 11\text{կՎԱ}$ Միջազգային հավաստագրեր ISO 13485: 2016, ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 Այլ պայմաններ Առնվազն 12 ամիս Երաշխիքային սպասարկում սերտիֆիկացված ինժեների կողմից` այդ թվում ռենտգենյան խողովակի համար: Երաշխիքային սպասարկման ընթացքում արտադրողի կողմից հաստատված ժամանակացույցով պրոֆիլակտիկ
--	--	--	--	--	---

					տեխնապասարկման աշխատանքների իրականացում սերտիֆիկացված ինժեների կողմից ամբողջ համակարգի, Աշխատակազմի ուսուցում տեղում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Սարքի ստորագրված հավաստում և փորձարկումը պետք է կատարվի մատակարարի կողմից՝
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара МЕДТРЕЙД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЭ-ЕУՀԱԴԲ-25/05 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					ապացուցված տեխնիկական հատկությունները նշված հասցեով: Շահագործման ձեռնարկ անգլերենով կամ ռուսերենով:
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
3					