

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ՀՀԱՆԳՐԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Terumo	Eliminate	Eliminate	Terumo	"Ասպիրացիոն կաթետեր, դիստալ չափը 1.7մմ, պրոքսիմալ 1.4մմ: Մակերևույթը՝ քաշող դիստալ մասում 0.79մմ2., պրոքսիմալ հատվածում 0.95մմ2. մուտքի պրոֆիլը 0.019"" : Հիդրոֆիլիկ ծածկույթ 40սմ, աշխատող սեգմենտը RX= 23սմ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականները առկա են: Նոր է , չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները,

					առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին առկա է պիտանելիության ժամկետի 70%-ը:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22000000-00000000-26/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Terumo	Eliminate	Eliminate	Terumo	Аспирационный катетер, дистальный диаметр — 1,7 мм, проксимальный — 1,4 мм. Площадь поверхности: в дистальной части — 0,79 мм², в проксимальной части — 0,95 мм². Профиль входа — 0,019". Гидрофильное покрытие — 40 см, рабочий сегмент RX = 23 см. На любую поставляемую партию предоставляются сертификаты качества CE MARK. Изделие новое, не использовалось, находится в заводской стерильной упаковке. В комплект входит: технические характеристики, особенности и

					правила применения в виде заводского руководства. На момент поставки срок годности изделия составляет не менее 70% от общего срока.
--	--	--	--	--	---