

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ՀՀԱՆԳՐԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Terumo	Ryurei	Ryurei	Terumo	Սրտանոթային բալոն-կաթետերներ ընդլայնվող գնդանոթներով: Կատթերի երկարությունը ` ոչ ավել քան 145սմ: Մուտքի ծայրի տրամագիրը` ոչ ավել քան 0.43մմ: Ծածկույթը` հիդրոֆիլ: Բալոնները ոչ պակաս քան եռաթև : Աշխատանքային մաքսիմալ ճնշումը մինչև 3.0մմ տրամագծի դեպքում ոչ պակաս քան 14 Ատմ., իսկ 3.5մմ -ից ավել տրամագծի դեպքում ոչ պակաս քան 12 Ատմ.: Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի առանձնահատկություններից` ըստ

				պահանջվող տրամագծի՝ 1.25-4.0 մմ տիրույթի միջակայքում համաձայն սրտանոթային բալուն-կաթետերի տիպի ըստ պահանջվող երկարությունների՝ 10-40 մմ տիրույթի միջակայքում համաձայն սրտանոթային բալուն-կաթետերի տիպի: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22000000-00000000-26/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9	Terumo	Ryurei	Ryurei	Terumo	Кардиоваскулярные баллон-катетеры с расширяющимися баллонами. Длина катетера — не более 145 см. Диаметр входного конца — не более 0,43 мм. Покрытие — гидрофильное. Баллоны — не менее трехлопастные. Максимальное рабочее давление: для диаметра до 3,0 мм — не менее 14 атм., для диаметра свыше 3,5 мм — не менее 12 атм. В зависимости от особенностей сосудов пациента во время операции и требуемого диаметра — в диапазоне от 1,25 до

				4,0 мм, а согласно типу кардиоваскулярного баллон-катетера — длина в диапазоне 10–40 мм. Для каждой поставляемой партии обязательны сертификаты качества CE MARK или FDA. Новый, неиспользованный, стерильный, в заводской упаковке. В комплект входят технические характеристики, особенности и правила эксплуатации в виде заводской инструкции. При передаче товара должен сохраняться срок годности не менее 75%. Заказчик имеет право при необходимости вернуть или заменить размер изделия на другой, если сохраняется не менее 50% срока годности товара.
--	--	--	--	---