

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ՀՀԱՆԳՐԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	Terumo	Ultimaster Tansei	Ultimaster Tansei	Terumo	Դեղապատ ստենտ, դեղը Սիրոլիմուս, որով պատված է միայն ստենտի դիզայնի անցումային մասերը, կապերի վրա դեղ չկա, որը նպաստում է ավելցուկի պակասեցմանը: Ստենտի նյութը՝ կոբալտ քրոմ, ունի բաց դիզայն, ստենտի նյութի հաստությունը՝ 80μm, ստենտի ճաղերի բացվածքը 131 աստիճան, դեղի դոզան՝ 3.9μg/mm Ներծծվող պոլիմեր, դեղով պատված է միայն ստենտի արտաքին մասը: Պոլիմերը վերանում է 3-4 ամսվա ընթացքում: Ստենտի բաղնը՝ եռաթև է, Նեյլոնից:

					Մուտքի տրամագիծը՝ 0.45մմ: Դիստալ հատվածը հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, պրոքսիմալ հատվածը՝ սիլիկոնե ծածկույթով: Աշխատաքային երկարությունը՝ 144սմ: Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի վնասվածքի չափից ստենտի պահանջվող չափերն են ըստ երկարության՝ 9մմ, 12մմ, 15մմ, 18մմ, 21մմ, 24մմ, 28մմ, 33մմ, 38մմ: Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծից ստենտի պահանջվող չափերն են ըստ տրամագծերի՝ 2,25մմ, 2,5մմ, 2,75մմ, 3,0մմ, 3,5մմ, 4,0մմ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի
--	--	--	--	--	---

				առնվազն 75%-ի առկայություն: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը: Արտադրողի կողմից ավտորիզացիոն նամակը պարտադիր ներկայացնել հայտի հետ: Պարտադիր պայման է՝ արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը: Համաձայն ՀՕ-325-Ն «ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ Օրենքի 2-րդ հոդվածի, Մասնակիցը Հայտով պարտադիր պետք է ներկայացնի ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2200000000-000000000-26/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
15	Terumo	Ultimaster Tansei	Ultimaster Tansei	Terumo	Лекарственный стент, покрытый сиролимусом, при этом лекарством покрыты только переходные участки конструкции стента; на соединениях покрытие отсутствует, что способствует снижению избыточности. Материал стента — кобальт-хром, имеет открытую конструкцию. Толщина материала стента — 80 мкм. Угол раскрытия ячеек стента — 131°. Дозировка препарата — 3,9 мкг/мм, с абсорбируемым полимером. Лекарственным покрытием покрыта только внешняя поверхность

					стента. Полимер рассасывается в течение 3-4 месяцев. Баллон стента — трехлепестковый, изготовлен из нейлона. Диаметр входа — 0,45 мм. Дистальный участок имеет гидрофильное покрытие, проксимальный — силиконовое покрытие. Рабочая длина — 144 см. В зависимости от степени повреждения сосуда во время операции требуемые длины стента: 9 мм, 12 мм, 15 мм, 18 мм, 21 мм, 24 мм, 28 мм, 33 мм, 38 мм. В зависимости от диаметра оперируемого сосуда требуемые диаметры стента: 2,25 мм, 2,5 мм, 2,75 мм, 3,0 мм, 3,5 мм, 4,0 мм. Для любой поставляемой партии наличие сертификатов качества CE MARK или FDA обязательно. Стент новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Комплект включает технические характеристики, особенности и правила использования в виде заводской инструкции. На момент поставки должно быть не менее 75% срока годности. Заказчик имеет право по необходимости
--	--	--	--	--	--

					вернуть или заменить товар на другой размер, если у возвращаемого изделия сохраняется не менее 50% срока годности. Письмо-авторизация от производителя обязательно должно быть представлено вместе с заявкой. Обязательное условие — наличие сертификата соответствия (письмо-авторизация) и сертификата происхождения, выданных производителем. Согласно статье 2 Закона Республики Армения № ՀՕ-325-Ն «О медицинской помощи и обслуживании населения», участник заявки обязан предоставить сертификат соответствия и письмо-авторизацию (гарантийное и доверительное письмо), выданные производителем. На этапе исполнения договора должен быть предоставлен сертификат происхождения продукции, выданный производителем.
--	--	--	--	--	---