

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ՀՀԱՆԳՐԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
19	Terumo	Introducer R	Introducer R	Terumo	Ախտորոշիչ և ինտերվենցիոն միջամտությունների համար նախատեսված ֆեմոռալ կամ ռադիալ ինտրոդյուսերներ: Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի առանձնահատկություններից պահանջվող երկարություններն են՝ 7սմ, 10սմ, չափսերն են՝ 4Fr-6Fr տիրույթի միջակայքում: Ինտրադյուսերների աշխատանքային տրամագծերը՝ 0.018-0.038" տիրույթի միջակայքում: Լրակազմը՝ ինտրոդյուսեր, անոթային դիլատոր,

				մինի-ուղղորդիչ 0.018" (0.46 mm), 0.021" (0.53 մմ), 18G պոլսկցիայի մետաղական ասեղ, որոնք նախատեսված են ֆեմորալ և ռադիալ ինտրադյուսերի համար:Միջազգային ISO13485, CE MARK որակի վկայականների առկայություն: Պետք է լինի գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ որը պետք է տեղադրված լինի տուփի մեջ:Ինտրադյուսեր ֆեմորալը պետք է լինի նոր չօգտաործված գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ:Հանձման պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի 75%-ի առկայություն:Պատվիրատուի կողմից նշված վերջնական օգտագործողը իրավունք ունի վերադարձնել կամ փոխել ստացված չափը այլ չափսով` ըստ անհրաժեշտության, միայն մինչև մատակարարված ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի նվազագույնը 50%-ի առկայության դեպքում: Հակառակ դեպքում մատակարարն իրավունք ունի պահանջել վճարել մատակարարված ապրանքի համար
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22000000-00000000-26/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
19	Terumo	Introducer R	Introducer R	Terumo	Феморальные или радиальные интродьюсеры, предназначенные для диагностических и интервенционных вмешательств. В зависимости от анатомических особенностей сосудов пациента во время операции требуются длины: 7 см, 10 см; размеры варьируются в диапазоне от 4Fr до 6Fr. Рабочие диаметры интродьюсеров — в диапазоне 0,018-0,038". Комплектация: интродьюсер, сосудистый дилататор, мини-направляющий проводник 0,018" (0,46 мм), 0,021" (0,53 мм),

					металлическая пункционная игла 18G, предназначенные для феморальных и радиальных интродьюсеров. Наличие международных сертификатов качества ISO 13485, CE MARK. Должны поставляться в заводской стерильной упаковке, размещённой в коробке. Феморальный интродьюсер должен быть новым, неиспользованным, в заводской стерильной упаковке. На момент сдачи должно оставаться не менее 75% срока годности. Конечный пользователь, указанный заказчиком, имеет право вернуть или обменять полученный размер на другой по необходимости, при условии, что не менее 50% срока годности поставленного товара остаётся. В противном случае поставщик имеет право требовать оплату за поставленный товар.
--	--	--	--	--	--