

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՉՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-74/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	CMS800G	CMS800G	CMS800G	CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO.,LTD , China	Ֆետալ մոնիտորը (կարդիոտոկոգրաֆ) ունի 8" LED Էկրան, 3 ալիք /FHR1, FHR2, UC/:Ջերմային տպիչ, տպման արագությունը - 1, 2, 3 սմ/մմ, թուղթը քաշելու ֆունկցիա RS-232C/USB և RJ45 ծրագրի առկայություն Ավտոմատ CTG վերլուծություն Պտղի սրտի բաբախի մուտքային ազդանշան: Ուլտրաձայնային իմպուլսային դոպլեր Ուլտրաձայնային հաճախականությունը: 1,0 Mhz Ուլտրաձայնային հզորությունը: «10mW/cm2 Պտղի սրտի բաբախի

				միջակայքը 50-240 bpm Պտղի սրտի բաբախի ճշգրտությունը: 120-160bpm : -/+1bpm, բացառությամբ : 120-160 bpm : -/+2bpm Արգանդի կրճատման մուտքային ազդանշան : արտաքին տվիչ Չափման միջակայքը: 0-99 միավոր Հզորությունը: 100-240 VAC(50/60 Hz), 1,2A Ուլտրաձայնային դոպլեր և արգանդի կրճատման տվիչների պարտադիր առկայություն: CE, ISO 9001, ISO 13485 վկայականներ: Սարքերը նոր են, չօգտագործված, փակ գործարանային տուփով, օգտագործողի ռուսերեն ձեռնարկ: Երաշխիք՝ 12 ամիս: Մատակարարը ապահովում է սարքերի անվնաս տեղափոխումը, փորձնական աշխատանքի կազմակերպումը բժշկական կենտրոնի տարածքում՝ պատվիրատուի ներկայացուցչի ներկայությամբ: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ՝ սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեղսնիստերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՉՄՄԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-74/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	CMS800G	CMS800G	CMS800G	CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO.,LTD , China	Ֆետալ մոնիտորը (կարդիոտոկոգրաֆ) ունի 8" LED էկրան, 3 ալիք /FHR1, FHR2, UC/:Ջերմային տպիչ, տպման արագությունը - 1, 2, 3 սմ/մմ, թուղթը քաշելու ֆունկցիա RS-232C/USB և RJ45 ծրագրի առկայություն Ավտոմատ CTG վերլուծություն Պտղի սրտի բաբախի մուտքային ազդանշան: Ուլտրաձայնային իմպուլսային դոպլեր Ուլտրաձայնային հաճախականությունը: 1,0 Mhz Ուլտրաձայնային հզորությունը: «10mW/cm2 Պտղի սրտի բաբախի

				միջակայքը 50-240 bpm Պտղի սրտի բաբախի ճշգրտությունը: 120-160bpm : -/+1bpm, բացառությամբ : 120-160 bpm : -/+2bpm Արգանդի կրճատման մուտքային ազդանշան : արտաքին տվիչ Չափման միջակայքը: 0-99 միավոր Հզորությունը: 100-240 VAC(50/60 Hz), 1,2A Ուլտրաձայնային դոպլեր և արգանդի կրճատման տվիչների պարտադիր առկայություն: CE, ISO 9001, ISO 13485 վկայականներ: Սարքերը նոր են, չօգտագործված, փակ գործարանային տուփով, օգտագործողի ռուսերեն ձեռնարկ: Երաշխիք՝ 12 ամիս: Մատակարարը ապահովում է սարքերի անվնաս տեղափոխումը, փորձնական աշխատանքի կազմակերպումը բժշկական կենտրոնի տարածքում՝ պատվիրատուի ներկայացուցչի ներկայությամբ: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ՝ սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից:
--	--	--	--	---