

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/47 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Terumo	Ultimaster Nagomi	.	Terumo	Կորոնար դեղապատ ստենտ բաց դիզայնի, ստենտի նյութը՝ կոբալտ- քրոմի համաձուլվածք L605 բիոքայքայվող պոլիմերային ծածկով, ճաղերի հաստությունը ` 80μm ստենտի ճաղերի դեֆորմացիայից խուսափելու համար : Դեղանյութը՝ Սիրոլիմուս, դեղի դոզան ` 3.9μg/մմ որով պատված են միայն ստենտի ճաղերը, բացակայում է ստենտի հանգույցների վրա՝ դեղի ավելցուկից խուսափելու համար: Ստենտի ճաղերի բացվածքը՝ 132°, անոթի ճնշմանը կայուն

				դիմակայելու համար , պոլիմերի քայքայումը և դեղանյութից ձերբագատումը՝ 3-4 ամսում: Մեծ տրամագծով անոթների ստենտավորման ժամանակ բացված ստենտի բարձր կայունություն: Ստենտի չափերը՝ 2,0 մմ-2,25մմ, 2,50մմ, 2,75մմ, 3,00մմ, 3,50մմ, 4,00մմ, 4,5մմ տրամագծերով, երկարությունը առնվազն 11 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ 9մմ, ամենաերկարը՝ 50մմ: CE MARK որակի վկայականի առկայություն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР94-БЦДЦ72Р-25/47 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9	Terumo	Ultimaster Nagomi	.	Terumo	Коронарный стент с лекарственным покрытием открытой конструкции, материал стента: кобальт-хромовый сплав L605 с биodeградируемым полимерным покрытием, толщина стержня: 80 мкм для предотвращения деформации стержней стента. Лекарственное средство: сиролимус, доза препарата: 3,9 мкг/мм, покрытие нанесено только на стержни стента, отсутствует на узлах стента для предотвращения избыточного поступления препарата. Раскрытие стержня

					стента: 132°, что позволяет выдерживать стабильное давление в сосуде, деградацию полимера и высвобождение препарата в течение 3-4 месяцев. Высокая стабильность раскрытого стента при стентировании артерий большого диаметра; Размеры стента: диаметр 2,0 мм-2,25 мм, 2,50 мм, 2,75 мм, 3,00 мм, 3,50 мм, 4,00 мм, 4,5 мм, длина не менее 11 размеров для каждого диаметра, минимальный - 9 мм, максимальный - 50 мм. Наличие сертификата качества CE MARK. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Технические характеристики, характеристики и правила эксплуатации представлены в виде заводского руководства.
--	--	--	--	--	---