

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/47 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	Pendra care	Guiding Catheter Primum	.	Pendra care	Ուղղորդիչ կաթետեր ռադիալ և ֆեմորալ միջամտությունների համար: Կաթետերի աշխատանքային առանցքի նյութը պոլիտետրաֆլուորոէթիլեն՝ մասնակի հիդրոֆիլիկ ծածկույթով: Կաթետերի պահանջվող երկարությունը՝ 100սմ: Կախված վիրահատվող անոթի տեսակից և վիրահատվող հիվանդի քաշից կաթետերի պահանջվող չափերն են՝ 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr: Կախված վիրահատվող հիվանդի քաշից, վիրահատվող անոթի տեսակից և առանձնահատկություններից

					կաթետերի ներքին տրամագիծը՝ 5Fr-ի դեպքում՝ 1.47մմ (0,058"), 6Fr-ի դեպքում՝ 1.8մմ (0.071"), 7Fr-ի դեպքում՝ 2.08 մմ (0.082"), 8Fr-ի դեպքում՝ 2.31մմ (0.091"): Կախված վիրահատվող հիվանդի քաշից և վիրահատվող անոթից կաթետերի պահանջվող տեսակներն են՝ JL3,JL3.5,JL4,JL45,JL5,JL6,FL3,FL3.5,FL4,FL4.5, FL5,FL6, XBLAD3,XBLAD3.5, XBLAD4.0, XBLAD4.5,XBLAD5,JR3,JR3.5 JR4,JR4.5 ,JR5,JR6,FR3,FR3.5,FR4,FR4.5,FR5,FR6 ,MPA,HS,AL0.75,AI1,AI1.5, AL2,AL3,AR 1,AR2,XB3,XB3.25,XB3.5,XB3.75,XB4. XB4.25,XB4.5,EBU3,EBU3.25,EBU3.5, EBU3.75,EBU4, EBU4.25,EBU4.5,EBU4 .75,EBU5,XBRCA3,XBRCA3.5,XBRCA3. 75,XBRCA4,XBRCA4.25,XBRCA4.5,SCR 3.5, SCR4,SCR5,RAD,RBM,RBL3,5,RBL 4,RBL4.5,RBR3,RBR3.5,RBR4,TIG 3,TIG 3.5,TIG 4.0,TIG 4.5,TIG 5,RBK, IM, LCB, RCB: CE MARK որակի վկայականի առկայություն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և
--	--	--	--	--	---

					օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР94-БЦΔЦ72Р-25/47 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
11	Pendra care	Guiding Catheter Primum	.	Pendra care	Проводниковый катетер для вмешательств на лучевой и бедренной костях. Рабочий материал катетера – политетрафторэтилен с частичным гидрофильным покрытием. Требуемая длина катетера – 100 см. В зависимости от типа оперируемого сосуда и веса пациента, необходимы следующие размеры катетера: 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr. В зависимости от веса пациента, типа оперируемого сосуда и особенностей операции, внутренний диаметр катетера

				составляет: 1,47 мм (0,058") для 5Fr, 1,8 мм (0,071") для 6Fr, 2,08 мм (0,082") для 7Fr, 2,31 мм (0,091") для 8Fr. В зависимости от веса оперируемого пациента и оперируемого сосуда необходимы следующие типы катетеров: JL3,JL3.5,JL4,JL4.5,JL5,JL6,FL3,FL3.5,FL4,FL4.5,FL5,FL6, XBLAD3,XBLAD3.5, XBLAD4.0, XBLAD4.5,XBLAD5,JR3,JR3.5 JR4,JR4.5 ,JR5,JR6,FR3,FR3.5,FR4,FR4.5,FR5,FR6 ,MPA,HS,AL0.75,AI1,AI1.5, АЛ2,АЛ3,А P1,AP2,XB3,XB3.25,XB3.5,XB3.75,XB4 .XB4.25,XB4.5,EBU3,EBU3.25,EBU3.5, EBU3.75,EBU4, EBU4.25,EBU4.5,EBU4 .75,EBU5,XBRCA3,XBRCA3.5,XBRCA3.75,XBRCA4,XBRCA4.25,XBRCA4.5,SCR 3.5, SCR4,SCR5,RAD,RBM,RBL3,5,RBL 4,RBL4.5,RBR3,RBR3.5,RBR4,TIG 3.5, TIG 4.0, TIG 4.5, TIG 5, RBK, IM, LCB, RCB: сертификат качества CE MARK. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включает технические характеристики, характеристики и инструкцию по применению в виде заводского руководства.
--	--	--	--	--