

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ ԶԻ ԸՆԴ ԷՅ ԶԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/47 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	ԷԿԳ սարք	ԷԿԳ սարք	ԷԿԳ սարք	Ռուսաստան, չնդկ աստան, Չինաստա ն, ՌԲ կրաինա, Բելառ ուս	ԷԿԳ սարքը պետք է լինի թվային, պետք է ունենա 12 ստանդարտ արտածում գրանցելու հնարավորություն, LCD գունավոր մոնիտոր ոչ պակաս քան 7,0 դյույմ, դիագրամաների և ուղղությունների աղյուսակ, թուղթը լինի թերմոժապավեն ոչ ավել քան 80 մմ, թուղթը արտահանելու արագությունը ոչ ավել քան 5; 6,25 ;12,5; 25; 50մ/ր $\pm$ 5%, զգայունությունը ոչ ավել քան 10mm/mv $\pm$ 2%, հզորությունը 100/240V, 50/60Hz; 80VA, ունենա ներկառուցված վերալիցքավորվող

					11.1V/2600mAh լիթիումային մարտկոց, որը նախատեսված լինի 2 ժամ տևական աշխատանքի համար, գրանցման ձևը 1x12; 1x12+1R, 3x4, 3x4+1R, 3/2ռիթմի վերլուծությունը ոչավելի քան 30-300 վր., հիվանդի հոսանքի արտահոսքը ոչ ավել քան 10μA, CMRR ոչ ավել քան 115dB, կալիբրացիայի լարումը ոչ ավել քան 1mV±3%, ունենա էկրանի 3x4; 3x4+1R; 6x1, 6x2; 6x2+1R; 12x1 չափումների ռեժիմ, պետք է ունենա հետևյալ չափման պարամետրերը՝ ventricular rate, PR ինտերվալ, QRS time limit, QT/QTc interval, Axis, RV5/SV1 ամպլիտուդ և RV5+SV1 ամպլիտուդ: AC, EMG, հիմնական գծի, բարձր հաճախականության ֆիլտրերի առկայություն, մուտքային CIR հաճախականությունը ոչ ավել քան 0,1 μA, մուտքային դիմադրությունը ոչ ավել քան 30MΩ, աղմուկի մակարդակը ոչ ավել քան 12,5μVp-p , զգայունության մակարդակը ոչ ավել քան 20 μVp-p:Լրակազմ և արագաներ՝էլեկտրոդների հավաքածու, լար 1 հատ, էլ, հոսանքիլար 1 հատ, տպիչի թուղթ 1
--	--	--	--	--	---

					ռուլոն:Տեղադրում և մեկնարկ: Աշխատակազմի ուսուցում տեղում: Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն: Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս: Որակի վկայականներ (առկայություն). ISO13485,CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՐ ԶԻ ԸՆԴ ԷՅ ԶԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/47
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7					