

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ 25/30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	Արյան մեջ ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման հավաքածու	HUMAN	HUMAN	HUMAN	Արյան մեջ ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման հավաքածու - որոշման մեթոդը տուրբոդիմետրիա , կիրառելի ավտոմատացված բիոքիմիական վերլուծիչների հետ, պետք է համատեղելի լինի HUMASTAR 100 ավտոմատացված վերլուծիչի հետ, ալիքի որոշման տիրույթը 49 Նմ, երկոռագենտ չափը 2X40 մլ և 2X 10 մլ համապատասխանաբար R1 և R2 ռագենտների համար պետք է լինեն առանձին պլաստիկից տարաների մեջ: Ստանդարտի չափը 1x5մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս

					քան 24 ամիս, 2°C-8°C ջերմաստիճանում: Բացելու պարագայում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 20 շաբաթ 2°C -8°C: Բաց ռեագենտի կիրառելի պետք է լինի առնվազն 6 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Աշխատանքային ջերմաստիճանը 20°C; 25°C; 37°C : Ապրանքը պետք է լինի լոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UРЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ 25/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
14	Արյան մեջ ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման հավաքածու	HUMAN	HUMAN	HUMAN	Արյան մեջ ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման հավաքածու - որոշման մեթոդը տուրբոդիմետրիա , կիրառելի ավտոմատացված բիոքիմիական վերլուծիչների հետ, պետք է համատեղելի լինի HUMASTAR 100 ավտոմատացված վերլուծիչի հետ, ալիքի որոշման տիրույթը 49 Նմ, երկուեագենտ չափը 2X40 մլ և 2X 10 մլ համապատասխանաբար R1 և R2 ռագենտների համար պետք է լինեն առանձին պլաստիկից տարաների մեջ: Ստանդարտի չափը 1x5մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս

					քան 24 ամիս, 2°C-8°C ջերմաստիճանում: Բացելու պարագայում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 20 շաբաթ 2°C -8°C: Բաց ռեագենտի կիրառելի պետք է լինի առնվազն 6 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Աշխատանքային ջերմաստիճանը 20°C; 25°C; 37°C : Ապրանքը պետք է լինի լոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III:
--	--	--	--	--	--