

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ 25/30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	Արյան մեջ ցռեակտիվ սպիտակուցի որոշման հավաքածո	HUMAN	HUMAN	HUMAN	Արյան մեջ ցռեակտիվ սպիտակուցի որոշման հավաքածու - որոշման մեթոդը իմունոտուրբոդիմետրիկ, կիրառելի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար, պետք է համատեղելի լինի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ, ալիքի որոշման տրույթը Hg 365 Նմ, բիռեագենտ չափը 1X400 մլ; 1X80 մլ, ստանդարտի չափը 1x5մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 12 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12 ամիսը: Պահպանման

				ջերմաստիճանը 2°C -8°C: Բաց ռեագենտի կիրառելի պետք է լինի առնվազն 14 օր սենյակային ջերմաստիճանում: Աշխատանքային ջերմաստիճանը 20°C; 25°C; 37°C : Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UРЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ 25/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
15	Արյան մեջ ցռեակտիվ սպիտակուցի որոշման հավաքածո	HUMAN	HUMAN	HUMAN	Արյան մեջ ցռեակտիվ սպիտակուցի որոշման հավաքածու - որոշման մեթոդը իմունոտուրբոդիմետրիկ, կիրառելի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար, պետք է համատեղելի լինի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ, ալիքի որոշման տրոյթը Hg 365 Նմ, բիռեագենտ չափը 1X400 մլ; 1X80 մլ, ստանդարտի չափը 1x5մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 12 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12 ամիսը: Պահպանման

				ջերմաստիճանը 2°C -8°C: Բաց ռեագենտի կիրառելի պետք է լինի առնվազն 14 օր սենյակային ջերմաստիճանում: Աշխատանքային ջերմաստիճանը 20°C; 25°C; 37°C : Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ոլնենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ոլնենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ոլնենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն` ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III:
--	--	--	--	--