

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	Roche Diabetes Care	Accu-Chek Performa	Accu-Chek Performa	Roche Diabetes Care	Ակկու-Չեք պերֆորմա սարքի համար նախատեսված թեստ- երիզներ: Նմուշի տեսակը՝մազանոթային արյուն Չափման մեթոդ՝Էլեկտրոքիմիական Չափման միջակայքը՝ 0.6-33.3 մմոլ/լ Չափման ժամանակահատվածը՝ 5վրկ Արյան ծավալը՝0.6 մկլ Կալիբրացիա՝համակարգը կալիբրավորված է ըստ երակային արյան,որը հիմնված է հեքսոկինազային մեթոդի վրա և համապատասխանում է NIST չափորոշիչին, Mut. Q- GDH 2 կայուն թթվածնի ազդեցության հանդեպ,

				Թեստ-երիզների ժամկետը չի փոփոխվում անկախ սրվակի բացման պայմանից: Համակարգը համապատասխանում է EN ISO 15197:2013, CE0123 չափորոշիչների պահանջներին: Մասնակիցը կներկայացնի հավաստագրեր արտադրողի ձևաթղթով : Հանձնման պահին ապրանքը կունենա առնվազն 1 (մեկ) տարի պիտանիության ժամկետ:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UUQF4-ECXU7QF-26/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10					