

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	BTL-08 Spiro Pro	Spiro Pro	BTL-08 Spiro Pro	BTL	Սեղանի սպիրոմետր՝ 5.7'' գունավոր սենսորային էկրանով և ներքին տպիչով Ներառում է՝ Պնևմոտախոգրաֆ՝ կապի մալուխով, 4x սպիրոմետրիկ սենսոր՝ պլաստիկ ծայրակալով, ջերմային թղթի գլանափաթեթ, քթի սեղմակ, սնուցման լար, փոշու պաշտպանիչ Սպիրոմետրիկ սենսոր՝ պլաստիկ ծայրակալով նախատեսված սարքի համար - 4 հատ Կալիբրացման Ներարկիչ՝ առնվազն 3 լիտր Նախատեսված սարքի համար ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ BTPS ուղղում ավտոմատ

Ներշնչում/Սպառում այո/այո
 Հարկադիր սպիրոմետրիա FVC,
 Լավագույն FVC, FEV0.75, FEV1,
 Լավագույն FEV1, FEV3, FEV6, PEF,
 FEV0.75/FVC, FEV1/, FVC, FEV3/FVC,
 FEV6/FVC, FEV0.75/SVC, FEV1/SVC,
 FEV3/SVC, FEV6/SVC, PIF, FIVC, FIV1,
 MEF75, MEF50, MEF25, FEF75, FEF50,
 FEF25, MMEF, FET25, FET50, MIF75,
 MIF50, MIF25, PEFT, FIF50,
 FEF50/FIF50, FEF50/SVC, FEV0.75/
 FEV6, FEV1/ FEV6, FIV1/FIVC, VEXT,
 Թոքերի տարիք BTL CardioPoint
 Spiro: Aex, FEV075/VC, FEV1/VC,
 FEV3/VC, FEV6/VC, FEF25-75,
 FEF50/VC, VEXT, T0/PEF, T200/PEF,
 VEXT/FVC Նախնական/Հետո բրոնխո-
 փորձարկման թեստ - այո
 Հանգստացած սպիրոմետրիա SVC,
 ERV, IRV, TV, IC, IVC Առավելագույն
 կամավոր օդափոխություն MVV,
 MVVf, MRf Կանխատեսող արժեքներ
 ECCS 1983, ECCS/ERS 1993, Zapletal
 1977, Roca, Barcelona 1986, NHANES
 III 1999, Knudson 1983, Knudson
 1976, ITS 1984, Crapo 1981, Lam
 1982, Pereira 1996, Gore 1995, GLI
 2012, Hou Shu 1990, Jia Ju-cai 1990,
 Sun Bin 1990, Liu Shi-Wan 1990, Liu

					Guo-Hua 1990, Zhu Xi 1990, Wu 1961, Ip 2006, Polgar 1979, Wang Yang 2013, Perez Padilla 2003, Platino 2006, PDPI 1992, Thai 2000 Մեկնաբանություն՝ ATS, BTS, Enright, GOLD երեխայի խթան՝ այո Հոսքի միջակայք (լիտր/վրկ) ՝ 16 լ/վրկ (ներշնչման/սպառման) Ճշգրտություն (50 մլ/վրկ-ից մինչև 16 լ/վրկ) $\pm$ 5% կամ 50 մլ (որն ավելի մեծ է) Ծավալի միջակայք (լիտր) 0.025-ից մինչև 8 լիտր Ճշգրտություն (0.025-ից մինչև 8 լ) $\pm$ 3% կամ 50 մլ (որն ավելի մեծ է) Հոսքի դիմադրություն < 79 Պա/լ/վրկ Ձերմաստիճանի սենսոր $+ 10^{\circ}\text{C}$-ից մինչև $+ 40^{\circ}\text{C}$ Ձերմաստիճանի սենսորի ճշգրտություն $\pm 2\%$ Հարաբերական խոնավության սենսոր 0-ից մինչև 100% RH Խոնավության սենսորի ճշգրտություն $\pm 4\%$ 25°C-ի, 30%-80% RH-ի համար ADC լուծաչափ՝ առնվազն 15 բիթեր Նմուշառման հաճախականություն - առնվազն 1000 Հց
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ЕЦДЦПДР-25/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					